

Αθήνα, 18/01/2016

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ CPV 33141420-0 από την Γενική Χημικών Προϊόντων.**

**Σχετ: Έγγραφο σας με κωδικό 145766 που αφορά: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ & ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝ ΜΧ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ.**

**ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

- Γάντια με τεχνολογία αντιμικροβιακής προστασίας για την μέγιστη δυνατή προστασία από παθογόνα μικρόβια.
- Με εσωτερική επιστρωση γλυκονικής χλωρεξιδίνης με αντι-ική και αντιβακτηριδιακή δράση
- Χωρίς πούδρα
- Με μανσέτα μήκους 290mm
- Κλάσης III
- Να συνοδεύεται από επίσημα φυλλάδια της εταιρείας που να αποδεικνύουν την αντι-ική δράση (να σκοτώνει 99% των μικροβίων HCV και HIV strain 1 μέχρι και ένα λεπτό μετά την έκθεση) και αντιμικροβιακή δράση (να σκοτώνει 99% βακτηρίων όπως MRSA και S.aureus).
- Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με Πιστοποιητικά και Έγγραφα του Κατασκευαστικού Οίκου.
- Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την ορθή αξιολόγηση του είδους

**ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ**

- Το γάντι πρέπει να διαθέτει μανσέτα (όχι ρεβέρ) για καλύτερη κάλυψη της μανσέτας της χειρουργικής μπλούζας
- Για αποφυγή αλλεργιών Τύπου 1, να έχουν χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών του latex. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη να είναι μικρότερη των 55 μg/g γαντιού, βάσει της μεθόδου Lowry (Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-3). Τα στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται από ανεξάρτητο φορέα και θα πρέπει να κατατεθούν.
- Για αποφυγή αλλεργιών Τύπου 4, να είναι ελεύθερα θειουράμης και MBT. Το τεστ χημικής σύνθεσης πρέπει να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και θα πρέπει να κατατεθεί.
- Με ελάχιστο μήκος 285mm. Τα στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένο φορέα και θα πρέπει να κατατεθούν
- Η αντοχή στην θραύση (N) πριν και μετά από γήρανση πρέπει να είναι κατ'ελάχιστο 19N. Τα στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένο φορέα και θα πρέπει να κατατεθούν
- Η συσκευασία του γαντιού πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αλλοίωσης της συσκευασίας και να διατηρηθεί η αποστείρωση του γαντιού.
- Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την ορθή αξιολόγηση του είδους

## **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ**

- Το γάντι πρέπει να διαθέτει μανσέτα (όχι ρεβέρ) για καλύτερη κάλυψη της μανσέτας της χειρουργικής μπλούζας
- Για αποφυγή αλλεργιών Τύπου 1, να έχουν χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών του latex. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη να είναι μικρότερη των 10 μg/g γαντιού, βάσει της μεθόδου Lowry (Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-3). Τα στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται από ανεξάρτητο φορέα και θα πρέπει να κατατεθούν.
- Για αποφυγή αλλεργιών Τύπου 4, να είναι ελεύθερα θειουράμης και MBT. Το τεστ χημικής σύνθεσης πρέπει να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και θα πρέπει να κατατεθεί.
- Με ελάχιστο μήκος 285mm. Τα στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένο φορέα και θα πρέπει να κατατεθούν
- Η αντοχή στην θραύση (N) πριν και μετά από γήρανση πρέπει να είναι ελάχιστο 15N. Τα στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένο φορέα και θα πρέπει να κατατεθούν
- Η συσκευασία του γαντιού πρέπει να είναι από PVC προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αλλοίωσης της συσκευασίας και να διατηρηθεί η αποστείρωση του γαντιού.
- Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την ορθή αξιολόγηση του είδους.