



Προς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΑβέρωφ 12^Α10433 ΑΘΗΝΑ**Τμήμα Προδιαγραφών Τιμών και Ποιότητας**

Αργυρούπολη, 18/01/2016

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ - technical specifications and standards for the procurement of SINGLE-USE SYRINGE and SINGLE-USE NEEDLES

Κύριοι,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων «**Σύριγγες και Βελόνες μιας Χρήσεως**» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασης της ΕΠΥ (θέμα 1^ο) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας.

Για τα προϊόντα προμήθειας της κάτωθι κατηγορίας CPV:

CPV	Αγγλική Περιγραφή / English Description	Ελληνική Περιγραφή/Greek Description
33141320-9	Medical needles	Ιατρικές Βελόνες

1. Προτεινόμενη Προδιαγραφή:

Βελόνα παρακέντησης ασφάλειας τύπου huber (κεκκαμένες) για έγχυση-χρήση σε port 19, 20, 22g με μήκος από 0,50"-1.50" (ίντσες), χωρίς θέση έγχυσης Υ. Η βελόνα να είναι επικαλυμμένη με λιπαντική ουσία για διευκόλυνση κατά την είσοδο αλλά και την έξοδο της από το port. Να συνοδεύεται τέλος από επίθεμα για την καλύτερη στερέωση στον ασθενή. Να είναι ελεύθερη από DEHP και Latex.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Εκτός αντιστοίχησης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Προτεινόμενη Προδιαγραφή:

Βελόνα παρακέντησης ασφαλείας τύπου huber για έγχυση-χρήση σε port 19, 20, 22g με μήκος από 0,50"-1.50" (ίντσες), με ή χωρίς θέση έγχυσης Υ. Να ενδείκνυται και για δυναμική έγχυση σκιαγραφικού μέσου (300psi). Η βελόνα να είναι επικαλυμμένη με λιπαντική ουσία για διευκόλυνση κατά την είσοδο αλλά και την έξοδο της από το port. Να είναι ελεύθερη από DEHP και Latex.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Εκτός αντιστοίχησης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

**Για τα προϊόντα προμήθειας της κάτωθι κατηγορίας CPV:**

CPV	Αγγλική Περιγραφή / English Description	Ελληνική Περιγραφή/Greek Description
33141323-0	Biopsy needles	Βελόνες Βιοψίας

1. Προτεινόμενη Προδιαγραφή:

Αυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών. Η βελόνα να φέρει ακτινοσκοπικές σημάνσεις ανά εκατοστό και το άκρο της να είναι ηχογενές. Το σύστημα να φέρει δύο σημεία πυροδότησης, ένα στο πλάι και ένα στο πίσω μέρος και να έχει την δυνατότητα χρήσης με το ένα χέρι για την ευκολία του χρήστη. Η βελόνα να διατίθεται σε διάμετρο 14G, 16G, 18G και 20G και μήκος 10cm, 16cm, 20cm και 25cm.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

A/A 41.6.134.

2. Προτεινόμενη Προδιαγραφή:

Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών μιας χρήσης, αποστειρωμένο, κατάλληλο για βιοψία μαστού, ήπατος, νεφρού, προστάτη, σπλήνας, λεμφαδένια. Να διαθέτει εργονομική λαβή, να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διεσόδου και η βελόνα να φέρει ακτινοσκοπική διαγράμμιση ανά εκατοστό. Το άκρο της βελόνας να διαθέτει ειδικές ενδείξεις για βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής απεικόνισης. Το έμβολο να διαθέτει σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης. Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 14Ga, 16Ga, 18Ga, 20Ga και μήκη 10cm, 16cm, 20cm, 25cm.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

A/A 4.6.35.

3. Προτεινόμενη Προδιαγραφή:

Ημιαυτόματο σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών μιας χρήσης, αποστειρωμένο.

Να διαθέτει εργονομική λαβή, να έχει την δυνατότητα διπλής επιλογής μήκους δείγματος 10mm και 20mm με οπτική ένδειξη του βάθους διεσόδου και η βελόνα να φέρει ακτινοσκοπική διαγράμμιση ανά εκατοστό.

Το άκρο της βελόνας να διαθέτει ειδικές ενδείξεις για βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής απεικόνισης. Το έμβολο να διαθέτει σήμανση ετοιμότητας ενεργοποίησης.

Το σετ, εκτός από το σύστημα βιοψίας, να περιλαμβάνει έναν οδηγό Coaxial, μια αιχμηρή βελόνα τύπου Trocar, μια βελόνα με αμβλύ άκρο τύπου Blunt και ένα ανασχετικό βάθος.

Να διατίθεται σε διαστάσεις 18Ga και 20Ga και σε μήκη 10cm, 16cm, 20cm.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

A/A 41.6.134.

BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Φιλελλήνων 1 & Μεγάλου Αλεξάνδρου
16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

BARD HELLAS S.A.

1, Filellinon Str. & Megalou Alexandrou
GR – 16452 ARGYROUPOLI GREECE
ΑΦΜ 094501826- ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

**4. Προτεινόμενη Προδιαγραφή:**

Σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών, αυτόματης ή και ημιαυτόματης λειτουργίας ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Το σύστημα βιοψίας μαλακών ιστών να είναι μιας χρήσης και να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά

- επιλογέα αυτόματης/ημιαυτόματης λειτουργίας
- επιλογέα βάθους διείσδυσης βελόνας για λήψη ιστοτεμαχίου μήκους 18mm/25mm
- βραχύ άκρο βελόνας το οποίο μειώνει τον τραυματισμό του ιστού
- δείκτη κατάστασης (οπλισμένο/ μη οπλισμένο)
- λειτουργία του συστήματος με το ένα χέρι

Το σύστημα βιοψίας να διατίθεται με βελόνα διαμέτρου 12G, 14G, 16G, 18G, 20G και μήκους 10cm, 13cm, 16cm, 20cm

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:
Α/Α 41.6.134.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Πανωραία Κακαβελάκη
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος