

BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Φιλελλήνων 1 & Μεγάλου Αλεξάνδρου
16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

BARD HELLAS S.A.

1, Filellinon Str. & Megalou Alexandrou
GR – 16452 ARGYROUPOLI GREECE
ΑΦΜ 094501826- ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ



Προς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αβέρωφ 12^Α
10433 ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Προδιαγραφών Τιμών και Ποιότητας

Αργυρούπολη, 18/01/2016

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΧΥΣΗΣ - technical specifications and standards for the procurement of DEVICES AND INSTRUMENTS FOR TRANSFUSION

Κύριοι,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων «**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΧΥΣΗΣ**» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασης της ΕΠΥ (θέμα 1^ο) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1^ο), σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας.

Για τα προϊόντα προμήθειας της κάτωθι κατηγορίας CPV:

CPV	Ελληνική Περιγραφή/Greek Description	Αγγλική Περιγραφή / English Description
33194120-3	Αναλώσιμα έγχυσης	Infusion supplies

1. Προτεινόμενη Προδιαγραφή:

Βελόνα παρακέντησης ασφάλειας τύπου huber (κεκκαμένες) για εγχυση-χρηση σε port 19, 20, 22g με μήκος από 0,50"-1.50"(ίντσες), χωρίς θέση έγχυσης Υ. Η βελόνα να είναι επικαλυμμένη με λιπαντική ουσία για διευκόλυνση κατά την είσοδο άλλα και την έξοδο της απο το port. Να συνοδεύεται τέλος απο επίθεμα για την καλύτερη στερέωση στον ασθενή. Να είναι ελεύθερη από DEHP και Latex.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Εκτός αντιστοίχισης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

ΒΑΡΔ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Φιλελλήνων 1 & Μεγάλου Αλεξάνδρου
16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

BARD HELLAS S.A.

1, Filellinon Str. & Megalou Alexandrou
GR – 16452 ARGYROUPOLI GREECE
ΑΦΜ 094501826- ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

**2. Προτεινόμενη Προδιαγραφή:**

Βελόνα παρακέντησης ασφαλείας τύπου huber για έγχυση-χρηση σε port 19, 20, 22g με μήκος από 0,50"-1.50"(ίντσες), με η χωρίς θέση έγχυσης Υ. Να ενδείκνυται και για δυναμική έγχυση σκιαγραφικού μέσου (300psi). Η βελόνα να είναι επικαλυμμένη με λιπαντική ουσία για διευκόλυνση κατά την είσοδο άλλα και την έξοδο της από το port. Να είναι ελεύθερη από DEHP και Latex.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Εκτός αντιστοίχισης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Πανωραία Κακαβελάκη
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος