



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ζαχάρωφ 3
Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ
URL: www.epromy.gr

Πληροφορίες : Ν. Καπετανέας
Τηλέφωνο : 2132010579
Αρ. μηχ. Τηλ. : 2132010424
Email: nkapetaneas@yyka.gov.gr

Αθήνα 10 - 09 - 2010

Αριθμ. Πρωτ. 11426/10-09-2010

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την προμήθεια ενδοφακών, αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 4/2010»

Σε συνέχεια της αριθμ. ΕΠΥ 4/2010 διακήρυξης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας www.epromy.gr, σας παρέχουμε τις εξής διευκρινήσεις:

Όσον αφορά τις κατηγορίες Α1, Ε1 και Ε2, το χαρακτηριστικό «μπλε ακτινοβολία» θεωρείται ότι είναι προαιρετικό.

Όσον αφορά την κατηγορία Α4, το χαρακτηριστικό «το εύρος διοπτριών από -5.0D έως +5.0D» σας ενημερώνουμε ότι το αναφερόμενο εύρος είναι ενδεικτικό και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προμηθευτές με οιαδήποτε εύρη διοπτριών.

Όσον αφορά την κατηγορία Ε1, το χαρακτηριστικό «...με οπίσθια τορικότητα σε όλο τον οπτικό δίσκο, με φίλτρο για την μπλε ακτινοβολία...», θεωρείται ότι είναι προαιρετικό.

Όσον αφορά την κατηγορία Ε2, το χαρακτηριστικό... «...για κοντινή όραση από +3.0D έως -4.0D», αντικαθίσταται με το: «...για κοντινή όραση και να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διαπτριών»

Όσον αφορά, τον injector μιας χρήσης, σας διευκρινίζουμε ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφείο Προέδρου