



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ζαχάρωφ 3
Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ
URL: www.epromy.gr

Αθήνα 31 - 08 - 2010

Αριθμ. Πρωτ. 10575/31-08-2010

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες : Ν. Καπετανέας
Δ. Ζέγκου
Τηλέφωνο : 2132010579
Αρ. μηχ. Τηλ. : 2132010424
Email: nkapetaneas@yyka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την προμήθεια Βηματοδοτών-Απινιδωτών, αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 2/2010»

Σε συνέχεια της αριθμ. ΕΠΥ 2/2010 διακήρυξης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας www.epromy.gr, σας παρέχουμε τις εξής διευκρινήσεις:

«Σύμφωνα με την προκήρυξη του άνω διαγωνισμού ζητείται η υποβολή προσφοράς για μία ή περισσότερες από μία Ομάδες Προϊόντων. Εν όψει των άνω παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ο προμηθευτής δύναται στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού να προσφέρει για κάθε μία Ομάδα Προϊόντων περισσότερα του ενός προϊόντα.»

Επιτρέπεται η συμμετοχή με περισσότερα του ενός προϊόντα για κάθε μία ομάδα προϊόντων εφόσον τα προαναφερθέντα προϊόντα έχουν την ίδια τιμή.

Αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών Β1 και Β4, σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω συσκευές μπορούν να έχουν όγκο μικρότερο των 40 cc αντί για 35 cc, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στη διακήρυξη.

Αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών Β2,Β3,Β5,και Β6, σας ενημερώνουμε ότι η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι **μεγαλύτερη ή ίση (≥)** 35J και όχι απλώς μεγαλύτερη από 35J όπως αρχικά αναφερόταν στην εν λόγω διακήρυξη. Ως εκ τούτου η οιαδήποτε αναφορά της συγκεκριμένης μέτρησης με άλλη τιμή να μην ληφθεί υπόψη.

Σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών Α2, Α3, και Α4 σας ενημερώνουμε ότι, «η δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης» θεωρείται επιθυμητό τεχνικό χαρακτηριστικό.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας Β8 σας ενημερώνουμε, ότι στον όρο «δυνατότητα ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης» καταργούνται τα πρόσθετα χαρακτηριστικά (RV, LV, BiV).

Αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας Β8 σας ενημερώνουμε, ότι η ανώτερη (μέγιστη) τιμή εξόδου να είναι έως 8V.

Σχετικά με την εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφείο Προέδρου
Μέλη ΕΠΥ