



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα, 22-08-2014

Α.Π.: 4162

Ταχ. Δ/ση: Αβέρωφ 12Α

Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα

Τηλέφωνο: 213 2037542

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών αγγειοπλαστικής με αρ. διακήρυξης ΕΠΥ 15/2012.

Σχετικό έγγραφο : Υπ'αριθμ 44/21-08-2014 (θέμα : 3^ο) απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ.

«Διευκρινίσεις αναφορικά με τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό-συμφωνία πλαίσιο, με αριθμό διακήρυξης ΕΠΥ 15/2012 για την προμήθεια Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων και Μπαλονιών Αγγειοπλαστικής κατόπιν υποβολής ερωτημάτων της εταιρείας MEDTRONIC HELLAS ΑΕΕ, τα οποία υπεβλήθησαν με το υπ'αριθμ πρωτ 3976/5.8.2014 έγγραφο.

1^ο ερώτημα:

Σχετικά με τους γενικούς όρους του μέρους Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτείται δείγμα συσκευασίας/ ετικέτας (με ή χωρίς προϊόν) ή φωτογραφία με την ετικέτα με το οποίο θα αποδεικνύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 (γενικοί όροι).

Απάντηση:

Στον πίνακα της σελίδας 10 της διακήρυξης αναφέρεται:

κατάθεση δείγματος, μόνο εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κατατεθεί φωτογραφία με τη σχετική ετικέτα η οποία θα πρέπει να αποτελεί ακριβές και πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου δείγματος.

Δείγμα θα κατατεθεί μόνο εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

2^ο ερώτημα:

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ο προμηθευτής δύναται στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού να προσφέρει για κάθε μία κατηγορία προϊόντων περισσότερα του ενός προϊόντα.

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της διακήρυξης αναφέρεται:

«Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών».

Επίσης στο άρθρο 14 του πδ 118/2007 (Α'150) ορίζεται ότι:

«Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες».

Ως εκ τούτου προσφορά με περισσότερα του ενός προϊόντος για κάθε κατηγορία προϊόντων, θα απορρίπτεται.

3^ο ερώτημα:

Α) Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στην κατηγορία Γ.1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά

(semi-compliant) είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά προϊόντων που να είναι διαθέσιμα και με τα δύο συστήματα παράδοσης:

- 1) Ταχείας εναλλαγής (rapid exchange)
- 2) Ομοαξονικού τύπου (over the wire otw)

Απάντηση:

Το ζητούμενο προϊόν είναι ταχείας εναλλαγής.

B) στην ίδια κατηγορία ζητείται:

Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 1,5-4,0 mm και ποικιλία μηκών.

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: προφίλ άκρου 0.017” ή μικρότερο και προφίλ προσπέλασης (crossing profile) 0.025” ή μικρότερο.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η προσφορά επιπλέον μεγεθών εκτός της οριζουσας δημιουργεί επιπλέον πλεονέκτημα στον προσφέροντα έναντι των άλλων συμμετεχόντων

Απάντηση:

Η προσφορά επιπλέον μεγεθών εκτός της οριζουσας **ΔΕΝ** δημιουργεί επιπλέον πλεονέκτημα στον προσφέροντα έναντι των άλλων συμμετεχόντων **το ίδιο ως άνω ερώτημα για τις κατηγορίες**

Γ2 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant)

Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 2,5-4,5 mm και ποικιλία μηκών **και**

Γ3. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών επικαλυμμένα με φαρμακευτικές ουσίες εναντίον της επαναστένωσης, η διακήρυξη ορίζει:

Να προσφέρονται σε ποικιλία μεγέθους διαμέτρου τουλάχιστον 2,5-4 mm και ποικιλία μηκών.

Απάντηση:

Η προσφορά επιπλέον μεγεθών εκτός της οριζουσας ΔΕΝ δημιουργεί επιπλέον πλεονέκτημα στον προσφέροντα έναντι των άλλων συμμετεχόντων

4^ο ερώτημα:

Στην κατηγορία Α. ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

(BMS: BARE METAL STENTS) κατασκευασμένες είτε από κράματα

Χρωμίου, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι που να είναι προ-τοποθετημένες σε

μπαλόνι, ζητείται να είναι διαθέσιμες σε ποικιλία διαμέτρων (μέχρι και 4.5

mm) και μηκών. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η συγκεκριμένη

διάμετρος (4,5mm) ζητείται για την κάλυψη αγγείων μέχρι και 4,5 mm.

Απάντηση:

Η συγκεκριμένη διάμετρος (4,5mm) ζητείται για την κάλυψη αγγείων μέχρι και 4,5 mm.

5^ο ερώτημα:

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν σε περίπτωση ύπαρξης νέων προϊόντων τα οποία θα αποτελούν λειτουργική βελτίωση των υπό προμήθεια ειδών με τα οποία συμμετείχαμε στο διαγωνισμό, αυτά μπορούν να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της σύμβασης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της διακήρυξης, αναφέρονται οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις που θα ισχύουν για την αντικατάσταση ειδών:

Τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο είναι υποχρεωτικό να γίνονται γραπτώς, υπογεγραμμένες και από τα δύο Εμπλεκόμενα Μέρη.

Ο Προμηθευτής λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας, δύναται να προσφέρει νέα υλικά, εντός των όρων της διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά θα προσφέρονται στην ίδια τιμή εγγραφής στη συμφωνία πλαίσιο, θα αποτελούν λειτουργική βελτίωση του υπό προμήθεια είδους, σε αντικατάσταση συμβατικών ειδών, ύστερα από σχετικό αίτημα του

προμηθευτή, για το οποίο θα γνωμοδοτεί η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποφασίζει η Ολομέλεια της ΕΠΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ