

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 3 ΑΥΛΩΝ

Το σετ να περιλαμβάνει:

1. καθετήρα τουλάχιστον 7 Fr από πολυουρεθάνη, ακτινοσκιερό, με εύκαμπτη κορυφή, σε μήκη 15 έως 20 cm με ατραυματικό άκρο. Latex Free. Βαθμονομημένος Εξωτερικά. Με δυνατότητα επίτευξης υψηλών ροών χορήγησης από τουλάχιστον έναν αυλό. Να αναφερθούν οι επιτυγχανόμενες μέγιστες ροές.
2. συρμάτινο οδηγό υψηλής αντοχής , με ένα άκρο σχήματος J
3. διαστολέα
4. σύριγγα ασφαλείας 5 ml τύπου Raulerson ή ειδική βελόνα V με ενσωματωμένη βαλβίδα μη επιστροφής
5. βαλβίδες μη επιστροφής και διακόπτες ροής σε κάθε αυλό
6. νυστέρι και σταθεροποιητικό συρραφής (μετακινούμενο και σταθερό)
7. στηρικτικά για τον καθετήρα
8. Κατάλληλοι για παραμονή μεγάλου διαστήματος στον ασθενή
9. Να φέρουν ISO Standards και CE Mark.
10. Να προσφερθεί δείγμα για αξιολόγηση
11. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.