

## **ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

### Τεχνικές Προδιαγραφές:

1. Να είναι συμβατός με όλα τα παρακλίνια monitors για την συνεχή απεικόνιση της αρτηριακής πίεσης.
2. Να διαθέτει έμβολο για την ασφαλή λήψη αίματος χωρίς να απαιτείται λήψη δείγματος προς απόρριψη. Να διαθέτει 2 σημεία αιμοληψίας (το ένα με βαλβίδα σιλικόνης).
3. Να διαθέτει αλγόριθμο με τον οποίο να φιλτράρονται οι αρρυθμίες ώστε να υπολογίζεται αξιόπιστα το SVV.
4. Να διατίθενται 4 τουλάχιστον κλινικές μελέτες σε ανθρώπους που να πιστοποιούν την αξιοπιστία των μετρήσεων.