

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
1	<p>Φλεβικός καθετήρας, για τοποθέτηση σε περιφερική φλέβα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • να είναι από πολυουρεθάνη με επικάλυψη σιλικόνης • να μην διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος • μεγέθη 14, 16, 18, 20, 22 G • σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης που να αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο αέριο οι συνθήκες αποστείρωσης • η αποστείρωση να είναι του τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως . • να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης • ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα • ο οδηγός στυλεός να έχει καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του καθώς και επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια • να εξασφαλίζει δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση • ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει τουλάχιστο 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή • το πώμα της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων • να διαθέτει πτερύγια για καλύτερη στήριξη 	