



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 64 09 000 , Fax: 210 64 20 146

Αθήνα, 18/5/20
Αρ. Πρωτ 15518 /909

Δ/ση : Διοικητικού –Οικονομικού

Υποδ/ση : Οικονομικού

Τμήμα : Προμηθειών

*Πληροφορίες : **Κάτσιου Ζωή***

Τηλ. : 210 – 64 09 644-144

Fax : 210 – 64 20 146

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 184 α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
με κωδικό CPV 33157000-5

**ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΗΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2500ML**

1. Δυνατότητα λειτουργίας με χαμηλή ροή αέρα της τάξης των 16 L/min
2. Να προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής της αναρρόφησης χωρίς νερό και χωρίς ηχητική λειτουργία (αθόρυβο)
3. Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης αναρρόφησης και να φέρει ρυθμιστή που να διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα μείον δέκα(-10) και μείον σαράντα (-40) εκατοστά στήλης ύδατος (cm H₂O). Να συνοδεύεται από ηχητική επιβεβαίωση για κάθε αλλαγή
4. Ο θάλαμος συλλογής να έχει μέγιστη χωρητικότητα 2.500ml και να χωρίζεται σε 4 στήλες καταμέτρησης. Η πρώτη στήλη να φθάνει μέχρι τα 200ml για τον ακριβέστερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατάστασης του ασθενούς
5. Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της αναρρόφησης με ειδικό δείκτη που να εμφανίζεται σε παράθυρο όταν έχει επιτευχθεί επίπεδο αναρρόφησης
6. Να έχει τη δυνατότητα διάγνωσης της διαφυγής αέρα μέσω προαιρετικής πλήρωσης του μετρητή διαφυγής
7. Να αντισταθμίζει οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή αέρα και διακύμανση στην αρνητική πίεση
8. Στη συσκευασία να εσωκλείονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης
9. Το υλικό κατασκευής να είναι από ανθεκτικό και άθραυστο PCV χωρίς μεταλλικά μέρη ώστε να καθίσταται πλήρως συμβατό με την μαγνητική τομογραφία

ΤΕΜΑΧΙΑ 450 X 29€ ΠΙΘΑΝΗ ΤΙΜΗ = 13.050€ πλέον ΦΠΑ 24%= 16.182,00€

Εγκριση με την υπ αριθμ 579/14-4-20 Απόφαση ΔΣ