

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

### ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ

#### Stimuplex D

1. Να προωθούνται εύκολα μέσα από τους ιστούς και να δίνουν καλή αίσθηση της θέσης τους.
2. Να είναι πλήρως μονωμένες με ειδική επίστρωση μέχρι την άκρη της βελόνας και εντός αυτής, για τον ακριβή εντοπισμού του νεύρου με το χαμηλότερο ρεύμα.
3. Να έχουν ατραυματικό νεύρο.
4. Να διαθέτουν εργονομική λαβή.
5. Να διαθέτουν διαβάθμιση μήκους ανά εκατοστό.
6. Να έχουν άκρο με λοξότμηση 15 μοιρών.
7. Να διατίθενται στις εξής διαστάσεις διαμέτρου και μήκους βελόνας (σε mm):

G22 0.7x50, G20 0.9x150

Να κατατεθούν πέντε δείγματα.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.