

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ**

α) Γενικά χαρακτηριστικά:

Οι βελόνες αρτηριοφλεβικής παρακέντησης θα πρέπει:

1. Να είναι αποστειρωμένες χωρίς πυρετογόνες ουσίες σε ατομικές συσκευασίες μίας χρήσεως.
2. Να φέρουν εξωτερικά στη συσκευασία ένδειξη με τα χαρακτηριστικά της βελόνας (τύπος, μέγεθος, ημερομηνία λήξεως).

### **ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ**

Οι βελόνες παρακέντησης Α-Φ αγγειακής προσπέλασης θα πρέπει να έχουν:

1. Μήκος από 20mm μέχρι 30mm.
2. Μέγεθος ανάλογα με τον τύπο, 16Gmm και 15Gmm.
3. Οπή στην ραχιαία επιφάνεια (backeye).

Η σωληνοειδής προέκταση θα πρέπει:

1. Να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη.
2. Να έχει μήκος από 200 έως 300 mm.
3. Να διαθέτει σφιγκτήρα (clamp) έγχρωμο, ανάλογα με το είδος της βελόνας.

### **ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ (Υ)**

Για αιμοκάθαρση με μονή βελόνα

Ειδική προέκταση που να εφαρμόζει στο στόμιο βελόνας παρακέντησης, ή σφαγετιδικού καθετήρα, ι διακλαδούμενο με δύο αυλούς, ..με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν.

**Τα προϊόντα αυτά να φέρουν την ένδειξη CE**