

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΒΕΛΟΝΩΝ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

1. Να είναι κατάλληλη για ραχιαία αναισθησία και να διαθέτει οδηγό.
2. Η βελόνα και ο στυλεός να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
3. Η βελόνα να είναι αποστειρωμένη και μίας χρήσεως .
4. Η επιφάνεια της βελόνας να είναι λεία για την ελαχιστοποίηση του ερεθισμού των μηνίγγων.(ατραυματική)
5. Να διαθέτει διαφανή κεφαλή που να επιτρέπει την γρήγορη διαπίστωση της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
6. Να διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους και μήκη ανάλογα με τις απαιτήσεις του νοσοκομείου.

Να κατατεθούν πέντε δείγματα.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.