

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» - ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 33141310-6**

**Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»**

- Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα) και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική απόφαση καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές - συμπληρωματικές απαιτήσεις:

### **1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:**

- Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικοναρισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα.

Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.

- Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.

### **2. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.**

- Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων προϊόντων .

### **3. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.**

### **4. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:**

- η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.

- Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής

- Υλικό κατασκευής

- Μέγεθος

- Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ » και ο τρόπος αποστείρωσης

- Αριθμός παρτίδας

- Σήμανση CE

- Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης.

- Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη «**Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεΐδη**» εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεΐδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.

### **5. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)**

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.

### **6. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.**

Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.

**7. Οι συμμετέχοντες να:**

- υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
- δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

**8. Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.**

**9. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης, που θα παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου ( έλεγχος στεριότητας, λοιποί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:**

- Ο αριθμός παρτίδας.
- Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου.
- Η ημερομηνία ελέγχου
- Το αποτέλεσμα του ελέγχου.

**10. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 98/79/CE).**

**Έλεγχοι κατά την παραλαβή**

A. Ο Μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία ελέγχει, εάν οι πλαστικές σύριγγες που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε να μην προσκομίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος συριγγών, που δεν αξιολογήθηκε.

B. Έλεγχος στεριότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ (Τα έξοδα ελέγχων και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV «CPV: 33141320-9»**

**Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»**

- Οι προδιαγραφές των βελονών πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404 «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης» (ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)
- Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
- Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
- Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
- Η μέθοδος αποστείρωσης

- Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
- Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
- Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
- Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
- Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
- Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα.
- Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485-2003 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να

φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση

του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648

–  
Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 και «περί τεχνικών προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελονών μιας χρήσης»- ΦΕΚ

681 τ.Β'8.8.1991)

- Εκτός και αν αναφέρεται σαφώς, απαιτούνται επίσης:
- Μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
- Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών.
- Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες.
- Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.
- Να είναι Latex Free

#### **ΚΟΙΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ**

**Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:**

- Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock.
- Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης.
- Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια. Η

εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα.

- Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση.
- Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009. Διαθέσιμο μέγεθος από 16G-30G και στα ανάλογα μήκη (5/8''-2'').

**Είδος 1. Σύριγγες ενέσεων 2,5cc μίας χρήσης  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60052) Παρ/ριο 4.6.53-0,0179**

**Είδος 2. Σύριγγες ενέσεων 5cc μίας χρήσης  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60053) Παρ/ριο 4.6.40-0,0243**

**Είδος 3. Σύριγγες ενέσεων 10cc μίας χρήσης  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60054) Παρ/ριο 4.6.20-0,0372**

**Είδος 4. Σύριγγες ενέσεων 20cc μίας χρήσης  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60055) Παρ/ριο 4.6.17-0,0619**

**Είδος 5. ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60cc ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ  
LUER SLIP**

**(Κωδ. Νοσ/μείου 50987) Παρ/ριο 4.6.81-0,104**

**Είδος 6. ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ  
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΕΚ 60cc**

**(Κωδ. Νοσ/μείου 60056) Παρ/ριο 4.6.13-0,146**

**Είδος 7. Σύριγγες ινσουλίνης 1cc μίας χρήσης  
(Κωδ. Νοσ/μείου 7000079) Παρ/ριο 4.6.10-0,0189**

**Είδος 8. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ (G)**

**(Κωδ. Νοσ/μείου 101262) προϋπολογισθείσα τιμή 0,275**

**Είδος 9. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ (G)**

**(Κωδ. Νοσ/μείου 7000080) Παρ/ριο 4.6.4-0,69**

**Είδος 10. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ  
(Κωδ. Νοσ/μείου 61160) προϋπολογισθείσα τιμή 0,60**

**Είδος 11. ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΟΥ 150 ML MEDRAD  
(Κωδ. Νοσ/μείου 61112) Παρ/ριο 4.6.37-3,9**

**Είδος 12. Βελόνες ενέσεων μίας χρήσης 18G  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60004) Παρ/ριο 4.6.5-0,0112**

**Είδος 13. Βελόνες ενέσεων μίας χρήσης 21G  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60007) Παρ/ριο 4.6.87-0,0088**

**Είδος 14.** Βελόνες ενέσεων μίας χρήσης 23G  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60039) Παρ/ριο 4.6.34-0,011

**Είδος 15.** Βελόνες ενέσεων μ. χ 25G  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60081) προϋπολογισθείσα τιμή 0,0079

**Είδος 16.** Βελόνες ενέσεων μίας χρήσης 26G  
(Κωδ. Νοσ/μείου 60037) Παρ/ριο 4.6.42-0,0101

**Είδος 17.** Βελόνες ενέσεων μίας χρήσης 27G  
(Κωδ. Νοσ/μείου 7041149) Παρ/ριο 4.6.23-0,0094

**Είδος 18.** ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5 MM  
(Κωδ. Νοσ/μείου 85917) προϋπολογισθείσα τιμή 0,15

**Είδος 19.** ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 6 MM  
(Κωδ. Νοσ/μείου 85918) προϋπολογισθείσα τιμή 0,15

**Είδος 20.** ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 8 MM  
(Κωδ. Νοσ/μείου 85919) προϋπολογισθείσα τιμή 0,15

**Είδος 21. Βελόνες για ραχιαία χρήση**

Με στέρεη σύνδεση μεταλλικού και πλαστικού στοιχείου. Με διάφανη πλαστική λαβή. Ο εσωτερικός στυλεός να εφαρμόζει καλά και να εφάπτεται στο άκρο της βελόνας για να μην προκαλεί τραυματισμό. Από υλικό που να μην παραμορφώνεται εύκολα και να μην υπάρχει κίνδυνος ρήξης. Το άκρο της βελόνας να είναι ατραυματικό (Pencil –point) ώστε να μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού των αγγείων & ριζών υπαραχνοειδούς χώρου.

**Είδος 21.1** Νο 18 (Κωδ. Νοσ/μείου 51696) προϋπολογισθείσα τιμή 0,99

**Είδος 21.2** Νο 20 (Κωδ. Νοσ/μείου 60162) προϋπολογισθείσα τιμή 1,25

**Είδος 21.3** Νο 22 (Κωδ. Νοσ/μείου 51293) Παρ/ριο 4.6.49-0,55

**Είδος 21.4** Νο 25 (Κωδ. Νοσ/μείου 50401) Παρ/ριο 4.6.65- 0,482

**Είδος 21.5** Νο 26 (Κωδ. Νοσ/μείου 50280) προϋπολογισθείσα τιμή 0,503

**Είδος 21.6** Νο 27 (Κωδ. Νοσ/μείου 50010) προϋπολογισθείσα τιμή 0,503

**Είδος 22. Βελόνες για οσφυονωτιαία χρήση**

Με στέρεη σύνδεση μεταλλικού και πλαστικού στοιχείου. Με διάφανη πλαστική λαβή. Ο εσωτερικός στυλεός να εφαρμόζει καλά και να εφάπτεται στο άκρο της βελόνας για να μην προκαλεί τραυματισμό. Από υλικό που να μην παραμορφώνεται εύκολα και να μην υπάρχει κίνδυνος ρήξης. Το άκρο της βελόνας να είναι ατραυματικό (Pencil –point) ώστε να μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού των αγγείων & ριζών υπαραχνοειδούς χώρου. Μεγέθη από 18G-27G & μήκους 9-15 cm .

**Είδος 22.1** Νο 18 (Κωδ. Νοσ/μείου 50296) Παρ/ριο 4.6.62-0,478

**Είδος 22.2** Νο 22 (Κωδ. Νοσ/μείου 50287) Παρ/ριο 4.6.61-0,479

**Είδος 22.3** Νο 25 (Κωδ. Νοσ/μείου 50402) Παρ/ριο 4.6.65-0,482

**Είδος 23. Βελόνες βιοψίας προστάτου**

η μειοδότητρια εταιρεία υποχρεούται, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση, στη δωρεάν παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού για τη χρήση τους  
No 18G-25cm

**(Κωδ. Νοσ/μείου 52417) Παρ/ριο 41.6.131-15,4**

**Είδος 24. Βελόνες οστεομελικής βιοψίας, τύπου Jamshidi**

Από υλικό που να μην παραμορφώνεται εύκολα και να μην υπάρχει κίνδυνος ρήξης  
Να διαθέτουν εργονομική λαβή & ιδιαίτερα αιχμηρή άκρη βελόνης.  
Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη

**(Κωδ. Νοσ/μείου 60500) 9,00**

**Είδος 25. Βελόνες βελονισμού μίας χρήσης 0,25 mm x 0.25 mm**

Τύπου Maya

**(Κωδ. Νοσ/μείου 60541) προϋπολογισθείσα τιμή 0,06**

**Είδος 26. Βελόνες μιας χρήσης παρακέντησης & βιοψίας κατάλληλης για αξονικό τομογράφο**

(ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΔ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ & ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) με  
εσωτερικό στυλεό και διαγράμμισης μέτρησης σε εκατοστά τύπου CHIBA.  
Ελάχιστο μήκος 9 εκ , μέγιστο 15 εκ ελάχιστο 16 g μέγιστο 21 g

**(Κωδ. Νοσ/μείου 100900) προϋπολογισθείσα τιμή 5,20**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΚΩΔ. ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ ΠΑΡ.	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ 1	Σύριγγες ενέσεων 2,5cc μ.χ	108000	4.6.53	0,0179	0,0179	1933,2	463,968	2397,168	60052
ΕΙΔΟΣ 2	Σύριγγες ενέσεων 5cc μ.χ	167000	4.6.40	0,0243	0,0243	4058,1	973,944	5032,044	60053
ΕΙΔΟΣ 3	Σύριγγες ενέσεων 10cc μ.χ	245000	4.6.20	0,0372	0,0355	8697,50	2087,4	10784,90	60054
ΕΙΔΟΣ 4	Σύριγγες ενέσεων 20cc μ.χ	115000	4.6.17	0,0619	0,053	6095,00	1462,8	7557,8	60055
ΕΙΔΟΣ 5	Σύριγγες ενέσεων 60cc ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ	3000	4.6.81	0,104	0,104	312,00	40,56	352,56	50987
ΕΙΔΟΣ 6	Σύριγγες ενέσεων 60cc ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΕΚ	11000	4.6.13	0,146	0,1265	1391,50	180,895	1572,395	60056
ΕΙΔΟΣ 7	Σύριγγες ινσουλίνης 1cc μ.χ	26000	4.6.10	0,0189	0,0189	491,40	117,936	609,336	7000079
ΕΙΔΟΣ 8	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΗΠΙΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ (G)	13000			0,275	3575,00	858	4433	101262
ΕΙΔΟΣ 9	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΗΠΙΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ (G)	2500	4.6.4	0,69	0,69	1725,00	414	2139	7000080
ΕΙΔΟΣ 10	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ	300	ΕΚΚΡΕΜΕΙ		0,60	180,00	43,2	223,2	61160
ΕΙΔΟΣ 11	ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΟΥ 150 ML MEDRAD	100	4.6.37	3,90	3,90	390,00	93,6	483,6	61112

ΕΙΔΟΣ 12	Βελόνες ενέσεων μ. χ 18G	60000	4.6.5	0,0112	0,0098	588,00	141,12	729,12	60004
ΕΙΔΟΣ 13	Βελόνες ενέσεων μ. χ 21G	11000	4.6.87	0,0088	0,0086	94,60	22,704	117,304	60007
ΕΙΔΟΣ 14	Βελόνες ενέσεων μ. χ 23G	21000	4.6.34	0,0110	0,010	201,60	48,384	249,984	60039
ΕΙΔΟΣ 15	Βελόνες ενέσεων μ. χ 25G	15000	ΕΚΚΡΕΜΕΙ		0,0079	118,50	28,44	146,94	60081
ΕΙΔΟΣ 16	Βελόνες ενέσεων μ. χ 26G	45000	4.6.42	0,0101	0,0096	432,00	103,68	535,68	60037
ΕΙΔΟΣ 17	Βελόνες ενέσεων μ. χ 27G	600	4.6.23	0,0094	0,0094	5,64	1,3536	6,9936	7041149
ΕΙΔΟΣ 18	Βελόνες Ινσουλίνης 5 ΜΜ	1000	ΕΚΚΡΕΜΕΙ		0,15	150,00	36,00	186,00	85917
ΕΙΔΟΣ 19	Βελόνες Ινσουλίνης 6ΜΜ	1000	ΕΚΚΡΕΜΕΙ		0,15	150,00	36,00	186,00	85918
ΕΙΔΟΣ 20	Βελόνες Ινσουλίνης 8ΜΜ	1000	ΕΚΚΡΕΜΕΙ		0,15	150,00	36,00	186,00	85919
ΕΙΔΟΣ 21.1	Βελόνες για ραχιαία χρήση No 18	200	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ		0,99	198,00	47,52	245,52	51696
ΕΙΔΟΣ 21.2	Βελόνες για ραχιαία χρήση No 20	100			1,25	125,00	30	155,00	60162
ΕΙΔΟΣ 21.3	Βελόνες για ραχιαία χρήση No 22	800	4.6.49	0,55	0,55	440,00	105,6	545,60	51293
ΕΙΔΟΣ 21.4	Βελόνες για ραχιαία χρήση No 25	150	4.6.65	0,482	0,482	72,30	17,352	89,65	50401
ΕΙΔΟΣ 21.5	Βελόνες για ραχιαία χρήση No 26	40	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ		0,503	20,12	4,8288	24,95	50280
ΕΙΔΟΣ 21.6	Βελόνες για ραχιαία χρήση No 27	40	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ		0,503	20,12	4,8288	24,95	50010
ΕΙΔΟΣ 22.1	Βελόνες για οσφυονωτιαία χρήση No 18	40	4.6.62	0,478	0,478	19,12	4,5888	23,71	50296
ΕΙΔΟΣ 22.2	Βελόνες για οσφυονωτιαία χρήση No 22	40	4.6.61	0,479	0,479	19,16	4,5984	23,76	50287
ΕΙΔΟΣ 22.3	Βελόνες για οσφυονωτιαία χρήση No 25	40	4.6.65	0,482	0,482	19,28	4,6272	23,91	50402
ΕΙΔΟΣ 23	Βελόνες βιοψίας προστάτου 18G-25cm	350	41.6.131	15,4	15,4	5390,00	1293,6	6683,60	52417
ΕΙΔΟΣ 24	ΒΕΛΟΝΑ ΟΣΤΕΟΜ/ΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 8/10	50	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ		9	425	102	527,00	60500
ΕΙΔΟΣ 25	Βελόνες βελονισμού μίας χρήσης 0,25 mm x 0.25 mm	2.000	ΕΚΚΡΕΜΕΙ		0,06	120	28,8	148,80	60541
ΕΙΔΟΣ 26	ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΔ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ & ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	70	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ		5,20	364	87,36	451,36	100900