

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»

Οι σύριγγες πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες είναι σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6 6404 (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91)

1. Να είναι αποστειρωμένες σε ξεχωριστή συσκευασία η κάθε μια, σύμφωνα με μέθοδο αποστείρωσης κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς (EN ISO).
 2. Ο κύλινδρος να είναι από πολυπροπυλένιο, ενώ το έμβολο από πολυαιθυλένιο και το ελαστικό παρέμβυσμα να είναι από φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ.
 3. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα.
 4. Το στόμιο του κυλίνδρου να είναι εργονομικής κατασκευής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη εξαέρωση.
 5. Τα μέρη από τα οποία αποτελούνται να μην έχουν οσμή
 6. Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται να μην είναι τοξικά, ή πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που θα μπορούσαν να προκαλούν μόλυνση.
-
7. Να έχουν καλή στεγανότητα στο σημείο του ελαστικού παρεμβύσματος
 8. Να έχουν καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας.
 9. Να υπάρχει βαθμιαία και ελεγχόμενη κίνηση του εμβόλου, ακρίβεια και ασφάλεια στη χρήση.
 10. Να υπάρχει ακριβή και ευκρινή βαθμονόμηση
-
11. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. –
 12. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.
 13. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.
 14. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:
 - i. Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος
 - ii. Τα στοιχεία του κατασκευαστή
 - iii. Η χώρα και το εργοστάσιο κατασκευής
 - iv. Το υλικό κατασκευής
 - v. Το μέγεθος
 - vi. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης
 - vii. Ο αριθμός παρτίδας
 - viii. Η σήμανση CE και οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο
 15. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ
 16. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και, η ημερομηνία παραγωγής τους κατά την παραλαβή να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής του
 17. Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
 18. Να κατατεθούν μαζί με την προσφορά οι εκθέσεις εργαστηριακού ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων προϊόντων
 19. Η σύριγγα να έχει ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη και ατραυματική φλεβοκέντηση.
 20. Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη: «Να μη χρησιμοποιείται με «παραλδεΐδη» εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεΐδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.
 21. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης, που θα παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου (έλεγχος στειρότητας, λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 - i. αριθμός παρτίδας.

