



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 540 07

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
πρακτικών της υπ' αριθμ. 15^{ης}/26.05.2016 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Καθετήρων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού έως 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εφαρμογή και εκτέλεση ΠΠΥΥ 2014 (CPV : 33141200-2).

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005 τεύχος Α'),
2. τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9.2.2007 τεύχος Α'),
3. τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εμποτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(Φ.Ε.Κ. Α'134/18-6-2007),
4. το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
5. την απόφαση που έλαβε κατά την υπ' αριθμ. 25^η/13.11.2013 (θέμα έκτακτο θέμα 6^ο) συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών & Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το ποσό των 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη διενέργεια δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Καθετήρων,
6. την υπ' αριθμ. 2708/26.2.2016 απόφαση Διοικητή με την οποία ορίστηκαν μέλη της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια καθετήρων οι παρακάτω :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΛΠΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επιμελητής Β' κλάδου ιατρών ΕΣΥ

ΚΥΝΗΓΟΥ ΜΑΡΙΑ – Διευθύντρια κλάδου γιατρών ΕΣΥ

ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επιμελητής Β' κλάδου ιατρών ΕΣΥ

ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Διευθυντής κλάδου γιατρών ΕΣΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΑ – Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής

7. τις υπ' αριθ. πρωτ. 14495/8.12.2015 τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια καθετήρων, ΠΠΥΥ 2014, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 119432,16€									
<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>	<u>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</u>	<u>ΦΠΑ</u>	<u>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ</u>
2104- 35700- 12002	SET ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ	Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με μονο διαστολεα ειδικα σχεδιασμενο για να χρησιμοποιειται ομοιομορφα σε ολο του το μηκος,σωληνα τραχειοστομίας με cuff hi-lo με ή χωρις δυνατοτητα αναρροφησης ανωθεν του cuff και οδηγο με εσωτερικη σπη για τεχνικη seldinger, με κλιση για καλυτερη εφαρμογη στην τραχεια.Να περιλαμβανει επαναχρησιμοποιουμενε ς εσωτερικες κανουλες οι οποιες να αναγραφουν το νουμερο του σωληνα. Να εχει ειδικο οδηγο για ασφαλη και γρηγορη εισαγωγη του σωληνα με ατραυματικο ακρο.Να περιλαμβανει χειρουργικο νυστερι, βελονα, συριγγα για ανιχνευση χωρου τραχειας, διαστολεα για διανοιξη ιστων, οδηγο συρμα διπλου ακρου. Να διατιθεται σε νουμερα 7-8-9	ΤΕΜΑΧΙΑ	80	175	23%	14000	17220	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12004	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 WAY COUVELAIR SPIRAL	Καθετήρες 3-way για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 42cm ,με μπαλονι 50ml,CH/FR 18, 20, 22, 24, από ημισκληρο latex (κοκκινοί) Couvelair. Να έχουν ευρείς αυλους και οι πλαγιες οπτες να είναι μεγάλες, λειες, ατραυματικές ώστε να αποφευγεται ο τραυματισμος κατα τον καθετηριασμο. Να είναι ακτινοσκιερος.	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	13	23%	2600	3198	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12006	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 WAY ΚΟΚΚΙΝΟΙ DUFUR	Καθετήρες 3-way για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 42cm ,με μπαλονι 50ml,CH/FR 18, 20, 22, 24, από ημισκληρο latex (κοκκινοί) Dufour. Να έχουν ευρείς αυλους και οι πλαγιες οπτες να είναι μεγάλες, λειες, ατραυματικές ώστε να αποφευγεται ο τραυματισμος κατα τον καθετηριασμο. Να είναι ακτινοσκιερος	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	13	23%	2600	3198	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12008	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ARGYLE ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ	Καθετήρες θώρακος ατραυματικοί μη ερεθιστικοί. Από σιλκοναρισμένο PVC. Βαθμονομημένος. Να αναφέρεται το μέγεθος (8 – 40 Fr) και το μήκος (8 – 36 cm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	250	4,5	23%	1125	1383,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12012	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOGARTY	Καθετήρες εμβολεκτομής FOGARTY αρτηριών Με μπαλόνη, μήκους 40 cm – 80 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	22	23%	110	135,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12013	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΑΠΛΟΙ 3 WAY ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ	Καθετήρες Folley 3 way , από σιλικοναρισμένο LATEX . Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 30 - 50 ml , ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. No 14 – 16	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,57	23%	57	70,11	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12014	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΑΠΛΟΙ 2 WAY ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ	Καθετήρες Folley 2 way , από σιλικοναρισμένο LATEX , με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-15ml , ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. No 12 – 24	ΤΕΜΑΧΙΑ	6000	0,38	23%	2280	2804,4	0,41

2104-35700-12018	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Καθετήρες LEVIN , από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με αριθμημένες υποδιαίρεσεις, ανοικτού στρογγυλοποιημένου άκρου , ατραυματικοί, μήκους περίπου 125cm, ακτινοσκιεροί.	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,218	23%	130,8	160,884	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12019	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Καθετήρες τύπου NELATON , από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπιέτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μήκους περίπου 40 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,115	23%	69	84,87	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12020	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEN-ROSE	Καθετηρες Pen-ros σε διπλη συσκευασια από latex μηκους περιπου 45cm και πλατους 10-40mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,45	23%	225	276,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12021	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEZZER ΚΟΚΚΙΝΟΙ	Καθετήρες τύπου PEZZER , από κόκκινο LATEX , μήκους 40 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	7	23%	350	430,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12022	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SENGSTAKEN	Καθετήρες οισοφάγου SENG STAKEN 3way , με δύο μπαλόνια (οισοφάγου και στομάχου), ακτινοσκιεροί, μήκους έως 120cm.No 15, 18, 21	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	60	23%	360	442,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12024	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 60CM Νο 8-10-12-14-16-18 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, ανοικτού άκρου. Από PVC, ατραυματικοί, ακτινοσκοπικοί. Μήκος : 35-57cm. Μέγεθος : 6-18Fr.	ΤΕΜΑΧΙΑ	15000	0,265	23%	3975	4889,25	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12028	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΟΠΤΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΟΜΑΤΟΥΑΛΙΑ)		ΤΕΜΑΧΙΑ	5000	0,19	23	950	1168,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12030	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΣ ΣΠΙΡΑΛ & ΑΠΛΟΙ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ	Ενδοτραχειακοι καθετηρες LARYN GEKTOMIE-SPIRAL TUBUS MIT CAFF να είναι ειδικα κατασκευασμενοι για εγχειρησεις που απαιτουν τη χρηση ενδοτραχειακου διαμεσου οπτης τραχειοστομιας. Να είναι ενισχυμενοι εσωτερικα με ενσωματωμενο σπιροειδες συρμα για να μην τσακιζουν. Να είναι ακτινοσκοπικοι, με ατραυματικο, καμπυλο ακρο, αποστειρωμενοι, μιας χρησης.	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	11	23%	330	405,9	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12031	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΠΙΕΣΞΕΩΣ(T.DRUM)	1.1. Καθετήρες μονού αυλού ενηλίκων, σε προστατευτικό περιστρεφόμενο τύμπανο Για τοποθέτηση από τη βασιλική φλέβα, ακτινοσκοπικοί, με οδηγό εντός αυτών και θηκάρι με βελόνα εισαγωγής. Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρεται περιτυλιγμένος σε προστατευτικό περιστρεφόμενο τύμπανο	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	7	23%	210	258,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12034	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετηρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης,αποστειρωμενοι, μήκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,διαβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις σπες.No4	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	10	23%	700	861	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετηρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης,αποστειρωμενοι, μήκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,διαβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις σπες.No5	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	10	23%	700	861	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετηρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης,αποστειρωμενοι, μήκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,διαβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις σπες.No6	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23%	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετηρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης,αποστειρωμενοι, μήκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,διαβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις σπες.No7	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23%	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετηρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης,αποστειρωμενοι, μήκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,διαβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις σπες.No8	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23%	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12035	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	16	23%	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12036	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ BASKET	Ουρητηρικοί καθετηρες τυπου DORMIA NO-TIP, αποστειρωμενοι, μιας χρησεως, με 4 συστροφα συρματα τιτανιου(Nitilon) για ηιευκαμπτο ουρητηροσκοπιο Ch/Fr 3, μήκος 90cm και διαμετρο καλαθιου 14mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	220	23%	1100	1353	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12037	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ PIG-TAIL ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ	σετ ενδοπρωθεσεων ουρητηρα τυπου pig-tail από 100% σιλικονη, αποστειρωμενα, μακρας παραμονης 12 μηνων και ανω, που να συνοδευονται από οδηγο συρμα και προωθητη με δυνατοτητα συνδεσης και κατευθυνσης του pig-tail. 6-8 Ch/Fg και μηκος 26-28 cm, ανοιχτου και κλειστου ακρου.	ΤΕΜΑΧΙΑ	80	88	23%	7040	8659,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12038	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΑ	Καθετηρες ουρητηρικοι από PVC, μηκους 70cm, με ευθυ ελαιομορφο ακρο, ακτινοσκοιεροι, με συμανση τοποθετησης για δεξιο η αριστερο ουρητηρα, εκατοστιαια διαβαθμιση ανα 5cm, εσωτερικο συρμα και χωριστο LUER-LOCK υποδοχεια.	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	6	23%	60	73,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12041	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8 ΟΠΩΝ	πολυαυλικη παροχετευση από 100% σιλικονη μηκους 40 cm και πλατους 35 cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	7,5	23%	7500	9225	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12042	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ)	Πολυαυλικη παροχετευση(κεραμιδακι α) από 100% σιλικονη μηκους 36 cm και πλατους 6 cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	7	23%	1050	1291,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12045	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΕΩΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Καθετήρες σίτισης από Πολυουρεθάνη με οδηγό , ακτινοσκοιεροί, κλειστού άκρου , μήκους 125cm. No 12-14	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	4	23%	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12046	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ	Καθετήρες τύπου TIEMAN σιλικοναρισμένο, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Νο 8εως 16	ΤΕΜΑΧΙΑ	2000	0,26	23%	520	639,6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12047	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΦ	Ακτινοσκιεροι, από θερμοπλαστικο PVC, αποστειρωμενοι,μιας χρησης,με δευτερη εσωτερικη κανουλα.Νο 7εως 10	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	8	23%	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12052	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Να είναι από βιοσυμβατο υλικο και να μη διαστελεται με τη θερμοκρασια του σωματος.Να εχει λεπτο τοιχωμα,ο οδηγος να εχει καλη εφαρμογη,να φερει στο πισω ακρο υποδοχη για συνδεση Luer lock με την συσκευη χορηγησης,να υπαρχει χρωματικος κωδικας μεγεθων, να μπορει να παραμεινει τουλαχιστον για 48 ωρες,να ειναι ακτινοσκιερος,και να αναφερεται αν ειναι Latex free Να εξασφαλιζει την δυνατοτητα αμεσου οπτικου ελεγχου της παλινδρομησης του αιματος,να αναφερεται η εσωτερικη και η εξωτερικη διαμετρος..	ΤΕΜΑΧΙΑ	70000	0,18	23%	12600	15498	0,222

2104-35700-12051	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK)Να είναι από βιοσυμβατο υλικό και να μη διαστελλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.Να έχει λεπτό τοίχωμα,ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή,να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για σύνδεση Luer lock με την συσκευή χορήγησης,να υπάρχει χρωματικός κωδικός μεγέθων, να μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον για 48 ώρες,να είναι ακτινοσκιερός,και να αναφέρεται αν είναι Latex free Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρομησης του αίματος,να αναφέρεται η εσωτερική και η εξωτερική διάμετρος..	ΤΕΜΑΧΙΑ	22000	0,39	23%	8580	10553,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12054	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 3	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	5	23%	1,95	2,3985	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 4	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	10	23%	3,9	4,797	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 5	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	5	23%	1,95	2,3985	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12056	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ	Να αποτελούνται από δυο τεμαχία, με εσωτερικό σωληνά, για ευλόγο καθαρισμό, να έχουν μικρό βάρος για να νην ενοχλείται ο ασθενής, να είναι μεγάλης αντοχής,να αποστειρονονται απειρες φορες ,σε όλα τα νομερα.	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	90	23%	450	553,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12060	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΙΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Να είναι ιστοσυμβατό ΡΤΦΕ και να αναφέρεται εάν φέρει επικάλυψη από σιλικόνη ή πολυουρεθάνη. Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Καλή κατασκευή και απόλυτη εφαρμογή βελόνης εισαγωγής και καθετήρα.Να έχει λεπτό τοίχωμα και μεγάλο αυλό για καλύτερη ροή.Να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του αίματος Να φέρει διακόπτη ροής αίματος για την αποφυγή διαφυγής αίματος ή εισαγωγής αέρα.Να αναφέρεται η διάμετρος (18, 20, 22 G) και το μήκος του καθετήρα.	ΤΕΜΑΧΙΑ	75	2	23%	150	184,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12073	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΒΒΟCΑΤΗ-Τ 140mm 14-16G	Να είναι από βιοσυμβατο υλικο και να μη διαστελλεται με τη θερμοκρασια του σωματος.Να εχει λεπτο τοιχωμα,ο οδηγος να εχει καλη εφαρμογη,να φερει στο πιασ ακρο υποδοχη για συνδεση Luer lock με την συσκευη χορηγησης,να υπαρχει χρωματικος κωδικας μεγεθων, να μπορει να παραμεινει τουλαχιστον για 48 ωρες,να ειναι ακτινοσκιερος,και να αναφερεται αν ειναι Latex free.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	8,5	23%	425	522,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΤΥΠΟΥ ΡΙG-TAIL	Ουρητηρικα stents τυπου rig-tail από πολυουρεθανη, αποστειρωμενα, που να συνοδευονται από οδηγο συρμα και προωθητη εισαγωγης μονης και διπλης θηλιας..Ανοιχτου και κλειστου ακρου σε μεγεθη 4,8 -7fr και μηκος 24-26-28 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	80	23	23%	1150	1414,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΤΥΠΟΥ ΡΙG-TAIL	Ουρητηρικα stents τυπουrig-tail., από βιοσυμβατο υλικο, αποστειρωμενα, μεσης παραμονης 6 μηνων και ανω, που να συνοδευονται από οδηγο συρμα και προωθητη εισαγωγης με δυνατοτητα συνδεσης και κατευθυνσης του rig-tail.Ανοιχτου και κλειστου ακρου σε μεγεθη 4,8-7fr και μηκος 24-26-28cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	47	23%	1800	2214	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΙ ΗΜΙΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ.	Να έχει υδροφιλή επικάλυψη και συστημα σταθεροποίησης, με ακτινοσκίερο δακτυλίδι, με δυνατότητα μετατροπής του οδηγού εργασίας σε οδηγό ασφαλείας για προστασία και συνεχή πρόσβαση στον στον ουρητήρα και το νεφρο. Διαμετρος 12-14 ch/fr.	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	220	23%	1100	1353	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.	Να αποτελείται από καθετήρα μήκους 75cm, διπλού αυλού με μπαλονι για αποτελεσματική και ομοιομορφή διαστολή κατά τη διάρκεια της ενδοσκοπησης. Συμβατο με οδηγό συρμα .	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	230	23%	1150	1414,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ(ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ)	Να έχουν ακτινοσκίερη γραμμή και να μπορούν να δεχθούν εσωτερικά δευτερή κανούλα. Να περιεχονται εντος της συσκευασιας εκτος της τραχειοστομιας και δυο κανουλες, ένα στηρικτικο τυπου velcro για την τραχειοστομια και ένα λιπαντικο για την τοποθετηση της τραχειοστομιας στην τραχεια. Να αναγραφεται στο οδηγο μπαλονι του cuff το νομμερο του σωληνα για ευκολη αναγνωριση. Να είναι αποστειρωμενοι, μιας χρησης και Latex-free. Να υπαρχουν οι αντιστοιχες ενδειξεις αποστειρωσης και απουσιας Latex επι της συσκευασιας. Να ειναι διαθεσιμοι σε μεγεθη	ΤΕΜΑΧΙΑ	75	22	13%	1650	1864,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

		αποδ εως 10 ανα μισο.							
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ(ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ)	Να εχουν ακτινοσκιερη γραμμη και να μπορουν να δεχθουν εσωτερικα δευτερη κανουλα.Να περιεχονται εντος της συσκευασιας εκτος της τραχειοστομιας και δυο κανουλες,ένα στηρικτικο τυπου velcro για την τραχειοστομια και ένα λιπαντικο για την τοποθετηση της τραχειοστομιας στην τραχεια. Να είναι αποστειρωμενοι,μιας χρησης και Latex-free. Να υπαρχουν οι αντιστοιχες ενδειξεις αποστειρωσης και απουσιας Latex επι της συσκευασιας.Να ειναι διαθεσιμοι σε μεγαθη αποδ εως 10 ανα μισο.	ΤΕΜΑΧΙΑ	75	22	13%	1650	1864,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	Να εχει ενσωματωμενο μηχανισμο ενεργης εκκαθαρησης του αυλου του,καθοδηγουμενου εξωτερικα και ασηπτα. 28-32 FR	ΤΕΜΑΧΙΑ	45	300	23%	13500	16605	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ	Να περιεχει καθετηρα από 100% σιλικονη 2way με μπαλονι και ακτινοσκιερη γραμμη, τροκαρ μεταλλικο διαιρουμενο, όλα τα μεγαθη.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	23	23%	1150	1299,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY 100% timann απο neoplex.	αποστειρωμενοι, μιας χρησης, με δυο οπες μετα το μπαλονι, χωρητικοτητας μπαλονιου 15ml, CH/FR 8-24	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	23	23%	1150	1299,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
		ΣΥΝΟΛΟ					97.554,60€	119.432,16 €	

8. το υπ' αριθ. πρωτ. 14718/11.12.2015 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την 4^η ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, με το διαβιβάσθηκαν οι υπ'αριθ. πρωτ. 14495/8.12.2015 τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια καθετήρων, προκειμένου να τεθούν στην Πρώτη (Α') Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης, με ημερομηνία έναρξης στις 14.12.2015 και λήξεως στις 22.12.2015,
9. το υπ'αριθ. πρωτ. 38196/23.12.2015 (αρ. πρωτ.Νοσ : 15215/23.12.2015) έγγραφο της 4^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο απεστάλησαν τα σχόλια των εταιρειών κατά την Πρώτη (Α') Φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης,
10. το υπ'αριθ. πρωτ. 15215/24.12.2015 έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο διαβιβάσθηκαν προς την επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών τα σχόλια των εταιρειών επί της Πρώτης Φάσης της Διαβούλευσης,
11. τα υπ'αριθ. πρωτ. 12258/24.12.2015 και 15285/24.12.2015 σχόλια των εταιρειών «BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και «JOHNSON – JOHNSON HELLAS ΑΕ» επί των αναρτημένων τεχνικών προδιαγραφών,
12. το υπ'αριθ. πρωτ. 12258/24.12.2015, 15285/24.12.2015 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών, με το οποίο διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά τα σχόλια των εταιρειών «BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και «JOHNSON – JOHNSON HELLAS ΑΕ»,
13. τις υπ'αριθ. πρωτ.4092/21.3.2016 τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής μετά τα σχόλια των εταιρειών αναφορικά με την Πρώτη Φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής :
Θέμα: «Τροποποίηση προδιαγραφών επί της Α' Φάσης της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Καθετήρων, ΠΠΥΥ 2014

Τα σχόλια των εταιρειών, μετά την πρώτη (Α) φάση της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών των καθετήρων, ελέγχθησαν απο την επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών και επηρεάζουν τις προδιαγραφές οι οποίες και διαμορφώνονται:

Στις προτεινόμενες προδιαγραφές των εταιρειών, η επιτροπή αφού τις μελέτησε αποφασίζει, ότι κανένα είδος δεν μπορεί να προστεθεί για τους έξι λόγους.

A) Εταιρεία BARD

1. *Είδος το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ διότι δεν έχει μονάδα αιμοκάθαρσης.*
2. *Είδος το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ διότι δεν έχει μονάδα αιμοκάθαρσης.*
3. *Είδος το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ διότι δεν έχει μονάδα αιμοκάθαρσης*
4. *Είδος το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ διότι δεν έχει μονάδα αιμοκάθαρσης*
5. *Είδος το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ διότι δεν έχει μονάδα αιμοκάθαρσης*
6. *Είδος το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ διότι δεν έχει μονάδα αιμοκάθαρσης*
7. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στους καθετήρες.*
8. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στους καθετήρες.*
9. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στους καθετήρες.*
10. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στους καθετήρες.*
11. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στουςκαθετήρες.*
12. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στους καθετήρες.*
13. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στουςκαθετήρες.*
14. *Είδος το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ*
15. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στουςκαθετήρες.*
16. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στους καθετήρες*
17. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στουςκαθετήρες.*
18. *Είδος το οποίο ανήκει στο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και όχι στουςκαθετήρες.*

Β) Εταιρεία JOHNSON & JOHNSON AEBE

Είδος το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΓΕΝΕΙΟ διότι δεν υπάρχει αιμοδυναμικό εργαστήριο.

Γ) Εταιρεία INEX

1. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12008** : Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
2. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12012** : Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
3. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12018** : Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
4. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12036** : Η Επιτροπή δεν τροποποίησε τις υπάρχουσες προδιαγραφές.
5. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12034** : Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
6. **Νέος Κωδικός Ουρητικά stent τύπου pig-tail:** Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
7. **Νέος Κωδικός Ουρητικά stent τύπου pig-tail:** Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών

Δ) Εταιρεία MEDI SUP A.E.

1. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12008** : Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
2. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12018** : Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
3. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12030** : Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
4. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12046** : Η Επιτροπή δέχτηκε τις παρατηρήσεις τις εταιρείας και τροποποίησε τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
5. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12047** : Η Επιτροπή τροποποίησε εν μέρει τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
6. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12052** : Η Επιτροπή δέχτηκε τις παρατηρήσεις τις εταιρείας και τροποποίησε τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
7. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12051** : Η Επιτροπή δέχτηκε τις παρατηρήσεις τις εταιρείας και τροποποίησε τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται και στον τροποποιημένο πίνακα προδιαγραφών
8. **Νέος Κωδικός Τραχειοσωλήνες τραχειοστομίας με CUFF και δεύτερη εσωτερική κάννουλα:** Η Επιτροπή δεν τροποποίησε τις υπάρχουσες προδιαγραφές.
9. **Νέος Κωδικός Τραχειοσωλήνες τραχειοστομίας χωρίς CUFF και δεύτερη εσωτερική κάννουλα:** Η Επιτροπή δεν τροποποίησε τις υπάρχουσες προδιαγραφές.

Ε) Εταιρεία Teleflex Medical Α.Ε.

1. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12002** : Η Επιτροπή δεν τροποποίησε τις υπάρχουσες προδιαγραφές
2. **Κωδικός Νοσοκομείου: 2104-35700-12037** : Η Επιτροπή δεν τροποποίησε τις υπάρχουσες προδιαγραφές»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 119.618,136€									
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
2104-35700-12002	SET ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ	Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με μονο διαστολεα ειδικα σχεδιασμενο για να χρησιμοποιειται ομοιομορφα σε ολο του το μηκος,σωληνα τραχειοστομίας με cuff hi-lo με ή χωρις δυνατοτητα αναρροφησης ανωθεν του cuff και οδηγο με εσωτερικη οπη για τεχνικη seldinger, με κλιση για καλυτερη εφαρμογη στην τραχεια.Να περιλαμβανει επαναχρησιμοποιουμενες εσωτερικες κανουλες οι οποιες να αναγραφουν το νομμερο του σωληνα. Να εχει ειδικο οδηγο για ασφαλη και γρηγορη εισαγωγη του σωληνα με ατραυματικο ακρο.Να περιλαμβανει χειρουργικο νυστερι, βελονα, συριγγα για ανιχνευση χωρου τραχειας, διαστολεα για διανοιξη ιστων, οδηγο συρμα διπλου ακρου. Να διατιθεται σε νομμερα 7-8-9	ΤΕΜΑΧΙΑ	80	175	23 %	14000	17220	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12004	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 WAY COUVELAIR SPIRAL	Καθετηρες 3-way για προστατεκτομη, αποστειρωμενοι, μηκος περιπου 42cm ,με μπαλονι 50ml, CH/FR 18, 20, 22, 24, από ημισληρο latex (κοκκινοι) Couvelair.Να εχουν ευρεις αυλους και οι πλαγιες οπες να είναι μεγαλες, λειες,ατραυματικες ώστε να αποφευγεται ο τραυματισμος κατα τον καθετηριασμο.Να ειναι ακτινοσκιερος.	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	13	23 %	2600	3198	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12006	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 WAY ΚΟΚΚΙΝΟΙ DUFUR	Καθετηρες 3-way για προστατεκτομη, αποστειρωμενοι, μηκος περιπου 42cm ,με μπαλονι 50ml, CH/FR 18, 20, 22, 24, από ημισληρο latex (κοκκινοι) Dufour..Να εχουν ευρεις αυλους και οι πλαγιες οπες να είναι μεγαλες, λειες,ατραυματικες ώστε να αποφευγεται ο τραυματισμος κατα	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	13	23 %	2600	3198	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

		τον καθετηριασμό. Να είναι ακτινοσκιερός							
2104-35700-12008	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ARGYLE ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ	Καθετήρες θώρακος ατραυματικοί μη ερεθιστικοί, βιοσυμβατοί, ακτινοσκιεροί, από σιλικοναρισμένο PVC και αριθμημένοι ανα 2 εκ. ,με σπες στο τελικό ακρό, το οποίο να είναι ανοικτό. Να αναφέρεται το μέγεθος (8 – 40 Fr) και το μήκος (8 -50 cm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	250	4,5	23 %	1125	1383,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12012	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOGARTY	Καθετήρες εμβολεκτομής FOGARTY αρτηριών, που να είναι κατασκευασμένοι από ειδική συνθεση πολυαμνης και πολυουρεθανης για αντοχή σε μεγάλες πιέσεις. Με μπαλόνη, μήκους 40 cm – 80 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	22	23 %	110	135,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12013	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΑΠΛΟΙ 3 WAY ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ	Καθετήρες Folley 3 way , από σιλικοναρισμένο LATEX . Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 30 - 50 ml , ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. No 14 – 16	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,57	23 %	57	70,11	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12014	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΑΠΛΟΙ 2 WAY ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ	Καθετήρες Folley 2 way , από σιλικοναρισμένο LATEX , με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-15ml , ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. No 12 – 24	ΤΕΜΑΧΙΑ	6000	0,38	23 %	2280	2804,4	0,41

2104-35700-12018	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Καθετήρες LEVIN, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με αριθμημένες υποδιαίρεσεις βαθους ανα 10εκ. Να είναι διπλου αυλου για ταυτοχρονη πλυση και αναρροφηση με ανοικτο στρογγυλοποιημένο άκρο, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125cm, ακτινοσκιεροί.	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,32	23 %	192	236,16	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12019	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Καθετήρες τύπου NELATON , από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπιπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μήκους περίπου 40 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,115	23 %	69	84,87	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12020	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEN-ROSE	Καθετηρες Pen-ros σε διπλη συσκευασια από latex μηκους περιπου 45cm και πλατους 10-40mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,45	23 %	225	276,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12021	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEZZER ΚΟΚΚΙΝΟΙ	Καθετήρες τύπου PEZZER , από κόκκινο LATEX , μήκους 40 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	7	23 %	350	430,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12022	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SENGSTAKEN	Καθετήρες οισοφάγου SENG STAKEN 3way , με δύο μπαλόνια (οισοφάγου και στομάχου), ακτινοσκιεροί, μήκους έως 120cm.No 15, 18, 21	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	60	23 %	360	442,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12024	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 60CM No 8-10-12-14-16-18 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης , ανοικτού άκρου. Από PVC , ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. Μήκος : 35-57cm. Μέγεθος : 6-18Fr.	ΤΕΜΑΧΙΑ	15000	0,265	23 %	3975	4889,25	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12028	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΟΠΤΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΟΜΑΤΟΥΑΛΙ Α)		ΤΕΜΑΧΙΑ	5000	0,19	23	950	1168,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12030	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΣ ΣΠΙΡΑΛ & ΑΠΛΟΙ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ	Ενδοτραχειακοι καθετηρες LARYN GEKTOMIE-SPIRAL TUBUS MIT CUFF να είναι ειδικα κατασκευασμενοι απο σιλικοναρισμενο θερμοευαισθητο PVC για εγχειρησεις που απαιτουν τη χρηση ενδοτραχειακου διαμεσου οπης τραχειοστομιας.Να είναι ειδικά κεκαμμένοι, ενισχυμενοι εσωτερικα με ενσωματωμενο σπιροειδες συρμα για να μην τσακιζουν.Να είναι ακτινοσκιεροι, με ατραυματικο, καμπυλο ακρο, αποστειρωμενοι, μιας χρησης.	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	14	23 %	420	516,6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12031	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒ.ΠΙΕΣΕΩΣ(Τ.DRUM)	1.1. Καθετήρες μονού αυλού ενηλίκων, σε προστατευτικό περιστρεφόμενο τύμπανο Για τοποθέτηση από τη βασιλική φλέβα, ακτινοσκιεροί, με οδηγό εντός αυτών και θηκάρι με βελόνα εισαγωγής. Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρεται περιτυλιγμένος σε προστατευτικό περιστρεφόμενο τύμπανο	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	7	23 %	210	258,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12034	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοι επεμβατικοι καθετηρες για χρηση πανω από οδηγο συρμα μιας χρησης,αποστειρωμενοι,μηκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,διαβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις οπες.No4	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	10	23 %	700	861	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοι επεμβατικοι καθετηρες για χρηση πανω από οδηγο συρμα μιας χρησης,αποστειρωμενοι,μηκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,διαβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις οπες.No5	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	10	23 %	700	861	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοι επεμβατικοι καθετηρες για χρηση πανω από οδηγο συρμα μιας χρησης,αποστειρωμενοι,μηκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,διαβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις οπες.No6	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23 %	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, μήκος περίπου 70-75cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, ακτινοσκίεροι, διαβαθμισμένοι σε εκατοστά, με ακροκύρτο ανοιχτό και χωρίς σπες. Νο7	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23 %	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, μήκος περίπου 70-75cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, ακτινοσκίεροι, διαβαθμισμένοι σε εκατοστά, με ακροκύρτο ανοιχτό και χωρίς σπες. Νο8	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23 %	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12035	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	16	23 %	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12036	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ BASKET	Ουρητηρικοί καθετήρες τύπου DORMIA NO-TIP, αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως, με 4 συστροφα συρματα τιτανίου(Nitilon) για ημιευκαμπτο ουρητηροσκοπιο <u>Ch/Fr 3</u> , μήκος 90cm και διάμετρο καλαθίου 14mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	220	23 %	1100	1353	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12037	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ PIG-TAIL ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ	σετ ενδοπροθεσεων ουρητηρα τυπου pig-tail από σιλικονη, αποστειρωμενα, μακρας παραμονης, 6 μηνων και ανω, τεκμηριωμένα χωρίς κίνδυνο επικρούστωσης και μόλυνσεων, που να συνοδευονται από οδηγό συρμα και προωθητη με δυνατοτητα συνδεσης και κατευθυνσης του pig-tail. 6-8 Ch/Fr και μήκους 26-28 cm, ανοιχτου και κλειστου ακρου.	ΤΕΜΑΧΙΑ	80	88	23 %	7040	8659,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12038	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΙΑ	Καθετήρες ουρητηρικοί από PVC, μήκους 70cm, με ευθύ ελαιομορφο ακρο, ακτινοσκίεροι, με σύμμανση τοποθέτησης για δεξιο ή αριστερο ουρητηρα, εκατοστιαια διαβαθμιση ανα 5cm, εσωτερικο συρμα και χωριστο LUER-LOCK υποδοχεια.	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	6	23 %	60	73,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12041	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8 ΟΠΩΝ	πολυαυλικη παροχετευση από 100% σιλικονη μήκους 40 cm και πλάτους 35 cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	7,5	23 %	7500	9225	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12042	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΚΕΡΑΜ ΙΔΑΚΙΑ)	Πολυαυλικη παροχέτευση(κεραμιδακια) από 100% σιλικονη μηκους 36 cm και πλάτους 6 cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	7	23 %	1050	1291,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12045	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΕΩΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Καθετήρες σίτισης από Πολυουρεθάνη με οδηγό, ακτινοσκιεροί, κλειστού άκρου, μήκους 125cm. No 12-14	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	4	23 %	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12046	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ	Καθετήρες τύπου ΤΙΕΜΑΝ αποστειρωμενοι απο σιλικοναρισμένο, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. No 8εως 16 και μηκος 40εκ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	2000	0,26	23 %	520	639,6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12047	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΦ	Ακτινοσκιεροι,με στρογγυλεμενο ατραυματικο ακρο, με ενσωματωμενο οδηγο και ενσωματωμενο συνδετικο συνδεσης. Να είναι από θερμοπλαστικο PVC, εύκαμπτοι, αποστειρωμενοι, ελευθεροι LATEX, μιας χρησης,με δύο εσωτερικες κανουλες.Μεγέθη No 7εως 10 (και τα μισά μεγέθη, π.χ. 8,5)	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	8	23 %	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12052	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Να είναι από βιοσυμβατο υλικο και να μη διαστελλεται με τη θερμοκρασια του σωματος.Να εχει λεπτο τοιχωμα,ο οδηγος να εχει καλη εφαρμογη,να φερει στο πισω ακρο υποδοχη για συνδεση Luer lock με την συσκευη χορηγησης,να υπαρχει χρωματικος κωδικας μεγεθων, να επιτρεπεται να παραμεινει τουλαχιστον για 48 ωρες,να ειναι ακτινοσκιερος,και να αναφερεται οτι ειναι Latex free. Να εξασφαλιζει την δυνατοτητα αμεσου οπτικου ελεγχου της παλινδρομησης του αιματος και να αναφερεται η εσωτερικη	ΤΕΜΑΧΙΑ	70000	0,18	23 %	12600	15498	0,222

		διαμετρος.							
2104-35700-12051	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK)Να είναι από βιοσυμβατο υλικο και να μη διαστελλεται με τη θερμοκρασια του σωματος.Να εχει λεπτο τοιχωμα,ο οδηγος να εχει καλη εφαρμογη,να φερει στο πισω ακρο υποδοχη για συνδεση Luer lock με την συσκευη χορηγησης,να υπαρχει χρωματικος κωδικας μεγεθων, να επιτρεπεται να παραμεινει τουλαχιστον για 48 ωρες, να ειναι ακτινοσκιερος,και να αναφεραται οτι ειναι Latex free. Να εξασφαλιζει την δυνατοτητα αμεσου οπτικου ελεγχου της παλινδρομησης του αιματος και να αναφεραται η εσωτερικη διαμετρος..	ΤΕΜΑΧΙΑ	22000	0,39	23 %	8580	10553,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12054	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 3	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	5	23 %	1,95	2,3985	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 4	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	10	23 %	3,9	4,797	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 5	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	5	23 %	1,95	2,3985	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12056	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ	Να αποτελουνται από δυο τεμαχια, με εσωτερικο σωληνα, για ευλολο καθαρισμό, να εχουν μικρο βαρος για να νην ενοχλειται ο ασθενης, να είναι μεγαλης αντοχης,να αποστειρωνονται απειρες φορες ,σε όλα τα νομμερα.	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	90	23 %	450	553,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12060	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΙΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Να είναι ισοσυμβατό PTFE και να αναφέρεται εάν φέρει επικάλυψη από σιλικόνη ή πολυουρεθάνη. Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Καλή κατασκευή και απόλυτη εφαρμογή βελόνης εισαγωγής και καθετήρα.Να έχει λεπτό τοίχωμα και μεγάλο αυλό για καλύτερη ροή.Να μην	ΤΕΜΑΧΙΑ	75	2	23 %	150	184,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

		διαστέλλεται με την θερμοκρασία του αίματος Να φέρει διακόπτη ροής αίματος για την αποφυγή διαφυγής αίματος ή εισαγωγής αέρα.Να αναφέρεται η διάμετρος (18, 20, 22 G) και το μήκος του καθετήρα.							
2104-35700-12073	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH-T 140mm 14-16G	Να είναι από βιοσυμβατο υλικό και να μη διαστελλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.Να έχει λεπτό τοίχωμα,ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή,να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για συνδεση Luer lock με την συσκευή χορηγήσης,να υπάρχει χρωματικός κωδικός μεγεθών, να μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον για 48 ώρες,να είναι ακτινοσκιερός,και να αναφέρεται αν είναι Latex free.	TEMAXIA	50	8,5	23 %	425	522,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΤΥΠΟΥ PIG-TAIL	Ουρητηρικά stents τυπου pig-tail βιοσυμβατά, από πολυουρεθάνη, αποστειρωμένα, που να συνοδεύονται από οδηγό συρμα και προωθητή εισαγωγής μονής και διπλής θηλίας.Ανοιχτού και κλειστού ακρού σε μεγεθη 4,8 -7fr και μήκος 24-26-28-70cm.	TEMAXIA	80	23	23 %	1150	1414,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΤΥΠΟΥ PIG-TAIL	Ουρητηρικά stents τυπου pig-tail. βιοσυμβατά, από πολυουρεθάνη, αποστειρωμένα, μεσης παραμονής 6 μηνών και ανώ, που να συνοδεύονται από οδηγό συρμα και προωθητή εισαγωγής με δυνατότητα συνδεσης και κατευθύνσης του pig-tail.Ανοιχτού και κλειστού ακρού σε μεγεθη 4,8-7fr και μήκος 24-26-28cm.	TEMAXIA	50	47	23 %	1800	2214	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΙ ΗΜΙΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ.	Να έχει υδροφιλή επικάλυψη και σύστημα σταθεροποίησης, με ακτινοσκιερο δακτυλίδι, με δυνατότητα μετατροπής του οδηγού εργασίας σε οδηγό ασφαλείας για προστασία και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το νεφρό.Διάμετρος 12-14 ch/fr.	TEMAXIA	10	220	23 %	1100	1353	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.	Να αποτελείται από καθετήρα μήκους 75cm, διπλού αυλού με μπαλόνι για αποτελεσματική και ομοιομορφή διαστολή κατά τη διάρκεια της ενδοσκοπησης.	TEMAXIA	5	230	23 %	1150	1414,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

		Συμβατο με οδηγο συρμα .							
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ(ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ)	Να εχουν ακτινοσκιερη γραμμη και να μπορούν να δεχθουν εσωτερικα δευτερη κανουλα.Να περιεχονται εντος της συσκευασιας εκτος της τραχειοστομιας και δυο κανουλες,ένα στηρικτικο τυπου velcro για την τραχειοστομια και ένα λιπαντικο για την τοποθετηση της τραχειοστομιας στην τραχεια. Να αναγραφεται στο οδηγο μπαλονι του cuff το νουμερο του σωληνα για ευκολη αναγνωριση. Να είναι αποστειρωμενοι,μιας χρησης και Latex-free. Να υπαρχουν οι αντιστοιχες ενδειξεις αποστειρωσης και απουσιας Latex επι της συσκευασιας.Να ειναι διαθεσιμοι σε μεγεθη αποθ εως 10 ανα μισο.	ΤΕΜΑΧΙΑ	75	22	13 %	1650	1864,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ(ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ)	Να εχουν ακτινοσκιερη γραμμη και να μπορούν να δεχθουν εσωτερικα δευτερη κανουλα.Να περιεχονται εντος της συσκευασιας εκτος της τραχειοστομιας και δυο κανουλες,ένα στηρικτικο τυπου velcro για την τραχειοστομια και ένα λιπαντικο για την τοποθετηση της τραχειοστομιας στην τραχεια. Να είναι αποστειρωμενοι,μιας χρησης και Latex-free. Να υπαρχουν οι αντιστοιχες ενδειξεις αποστειρωσης και απουσιας Latex επι της συσκευασιας.Να ειναι διαθεσιμοι σε μεγεθη αποθ εως 10 ανα μισο.	ΤΕΜΑΧΙΑ	75	22	13 %	1650	1864,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	Να εχει ενσωματωμενο μηχανισμο ενεργης εκκαθαρησης του αυλου του,καθοδηγουμενου εξωτερικα και ασηπτα. 28-32 FR	ΤΕΜΑΧΙΑ	45	300	23 %	13500	16605	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ	Να περιεχει καθετηρα από 100% σιλικονη 2way με μπαλονι και ακτινοσκιερη γραμμη, τροκαρ μεταλλικο διαιρουμενο, όλα τα μεγεθη.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	23	23 %	1150	1299,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY 100% timann απο neoplex.	αποστειρωμενοι, μιας χρησης, με δυο οπες μετα το μπαλονι, χωρητικοτητας μπαλονιου 15ml, CH/FR 8-24	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	23	23 %	1150	1299,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
		ΣΥΝΟΛΟ					97.705,80 €	119.618,13€	

14. το υπ'αριθ. πρωτ. 4121/21.03.2016 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την 4^η ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο απεστάλησαν οι υπ'αριθ. πρωτ. 4092/21.03.2016 τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να τεθούν στη Δεύτερη (Β΄) Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης, με ημερομηνία έναρξης στις 22.03.2016 και λήξεως στις 26.03.2016,
15. το υπ'αριθ. πρωτ. 4930/31.3.2016 έγγραφο της 4^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο απεστάλησαν τα σχόλια των εταιρειών επί της Δεύτερης (Β΄) Φάσης της Δημόσιας Διαβούλευσης,
16. το υπ'αριθ. πρωτ. 4930/31.03.2016 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών, με το οποίο κοινοποιήθηκαν τα σχόλια της Δεύτερης (Β΄) Φάσης της Δημόσιας Διαβούλευσης,
17. τις υπ'αριθ. πρωτ. 7079/18.05.2016 τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια καθετήρων, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:
Θέμα: «Τελικές Προδιαγραφές Καθετήρων ΠΠΥΥ 2014»

Η επιτροπή αφού μελέτησε τα σχόλια των εταιρειών, μετά τη δεύτερη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καθετήρων, καταθέτει τον πίνακα με τις τελικές προδιαγραφές των καθετήρων.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ									
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 119.618,136€									
<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>	<u>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</u>	<u>ΦΠΑ</u>	<u>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ</u>
2104-35700-12002	SET ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ	Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με μονο διαστολεα ειδικα σχεδιασμενο για να χρησιμοποιειται ομοιομορφα σε ολο του το μηκος,σωληνα τραχειοστομίας με cuff hi-lo με ή χωρίς δυνατότητα αναρροφησης ανωθεν του cuff και οδηγο με εσωτερικη σπη για τεχνικη seldinger, με κλιση για καλυτερη εφαρμογη στην τραχεια.Να περιλαμβανει επαναχρησιμοποιουμενες εσωτερικες κανουλες οι οποιες να αναγραφουν το νομμερο του σωληνα. Να εχει ειδικο οδηγο για ασφαλη και γρηγορη εισαγωγη του σωληνα με ατραυματικο ακρο.Να περιλαμβανει χειρουργικο νυστερι, βελονα, συριγγα για ανιχνευση χωρου τραχειας, διαστολεα για διανοιξη ιστων, οδηγο συρμα διπλου ακρου. Να διατιθεται σε νομμερα 7-8-9	ΤΕΜΑΧΙΑ	80	175	23%	14000	17220	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12004	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 WAY COUVELAIR SPIRAL	Καθετήρες 3-way για προστατεκτομή, αποστειρωμενοι, μηκους περιπου 42cm ,με μπαλονι 50ml,CH/FR 18, 20, 22, 24,από ημι-σληρο latex (κοκκινοι) Couvelair.Να εχουν ευρεις αυλους και οι πλαγιες οπες να είναι μεγαλες, λειες,ατραυματικες ώστε να αποφευγεται ο τραυματισμος κατα τον καθετηριασμο.Να είναι ακτινοσκιερος.	TEMAXIA	200	13	23%	2600	3198	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12006	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 WAY ΚΟΚΚΙΝΟΙ DUFUR	Καθετήρες 3-way για προστατεκτομή, αποστειρωμενοι, μηκους περιπου 42cm ,με μπαλονι 50ml,CH/FR 18, 20, 22, 24,από ημι-σληρο latex (κοκκινοι) Dufour..Να εχουν ευρεις αυλους και οι πλαγιες οπες να είναι μεγαλες, λειες,ατραυματικες ώστε να αποφευγεται ο τραυματισμος κατα τον καθετηριασμο.Να είναι ακτινοσκιερος	TEMAXIA	200	13	23%	2600	3198	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12008	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ARGYLE ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ	Καθετήρες θώρακος ατραυματικοί μη ερεθιστικοί, βιοσυμβατοί, ακτινοσκιεροί, από σιλκοναρισμένο PVC και αριθμημένοι ανα 2 εκ. ,με οπες στο τελικο ακρο, το οποιο να είναι ανοικτο. Να αναφέρεται το μέγεθος (8 – 40 Fr) και το μήκος (8 -50 cm)	TEMAXIA	250	4,5	23%	1125	1383,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12012	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOGARTY	Καθετήρες εμβολεκτομής FOGARTY αρτηριών, που να είναι κατασκευασμενοι από ειδικη συνθεση πολυαμυνης και πολυουρεθανης για αντοχή σε μεγάλες πιέσεις. Με μπαλόνη, μήκους 40 cm – 80 cm.	TEMAXIA	5	22	23%	110	135,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12013	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΑΠΛΟΙ 3 WAY ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ	Καθετήρες Folley 3 way , από σιλικοναρισμένο LATEX . Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 30 - 50 ml , ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. No 14 – 16	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,57	23%	57	70,11	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12014	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΑΠΛΟΙ 2 WAY ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ	Καθετήρες Folley 2 way , από σιλικοναρισμένο LATEX , με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-15ml , ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. No 12 – 24	ΤΕΜΑΧΙΑ	6000	0,38	23%	2280	2804,4	0,41
2104-35700-12018	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Καθετήρες LEVIN, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με αριθμημένες υποδιαίρέσεις βαθους ανα 10εκ. Να είναι διπλου αυλου για ταυτοχρονη πλυση και αναρροφηση με ανοικτο στρογγυλοποιημένο άκρο, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125cm, ακτινοσκιεροί.	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,32	23%	192	236,16	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12019	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Καθετήρες τύπου NELATON , από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μήκους περίπου 40 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,11 5	23%	69	84,87	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12020	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEN-ROSE	Καθετηρες Pen-ros σε διπλη συσκευασια από latex μηκους περιπου 45cm και πλατους 10-40mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,45	23%	225	276,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12021	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEZZER ΚΟΚΚΙΝΟΙ	Καθετήρες τύπου PEZZER , από κόκκινο LATEX , μήκους 40 cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	7	23%	350	430,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12022	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SENGSTAKEN	Καθετήρες οισοφάγου SENG STAKEN 3way , με δύο μπαλόνια (οισοφάγου και στομάχου), ακτινοσκιεροί, μήκους έως 120cm.No 15, 18, 21	ΤΕΜΑΧΙΑ	6	60	23%	360	442,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12024	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΗΣ 60CM Νο 8-10-12-14-16-18 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης , ανοικτού άκρου. Από PVC , ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. Μήκος : 35-57cm. Μέγεθος : 6-18Fr.	ΤΕΜΑΧΙΑ	15000	0,26 5	23%	3975	4889,25	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12028	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΟΠΤΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΟΜΑΤΟΥ ΑΛΙΑ)		ΤΕΜΑΧΙΑ	5000	0,19	23	950	1168,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12030	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΣ ΣΠΙΡΑΛ & ΑΠΛΟΙ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ	Ενδοτραχειακοι καθετηρες LARYN GEKTOMIE-SPIRAL TUBUS MIT CUFF να είναι ειδικα κατασκευασμενοι απο σιλικοναρισμενο θερμοευαισθητο PVC για εγχειρησεις που απαιτουν τη χρηση ενδοτραχειακου διαμεσου οπτης τραχειοστομιας.Να είναι ειδικά κεκαμένοι, ενισχυμενοι εσωτερικα με ενσωματωμενο σπιροειδες συρμα για να μην τσακίζουν.Να είναι ακτινοσκιεροι, με ατραυματικο, καμπυλο ακρο, αποστειρωμενοι, μιας χρησης.	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	14	23%	420	516,6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12031	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒ.ΠΙΕΣΕΩΣ(Τ. DR UM)	1.1. Καθετήρες μονού αυλού ενηλίκων, σε προστατευτικό περιστρεφόμενο τύμπανο Για τοποθέτηση από τη βασιλική φλέβα, ακτινοσκιεροί, με οδηγό εντός αυτών και θηκάρι με βελόνα εισαγωγής. Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρεται περιτυλιγμένος σε προστατευτικό περιστρεφόμενο τύμπανο	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	7	23%	210	258,3	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12034	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοι επεμβατικοι καθετηρες για χρηση πανω απο οδηγο συρμα μιας χρησης,αποστειρωμενοι,μηκος περιπου 70-75cm,από υλικο κατασκευης PVC,κυλινδρικοι,ακτινοσκιεροι,δι αβαθμισμενοι σε εκατοστα, με ακρο κυρτο ανοιχτο και χωρις οπες.No4	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	10	23%	700	861	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, μήκος περίπου 70-75cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, ακτινοσκίεροι, δια- βαθμισμένοι σε εκατοστά, με ακρο- κύρτο ανοιχτό και χωρίς σπτες. Νο5	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	10	23%	700	861	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, μήκος περίπου 70-75cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, ακτινοσκίεροι, δια- βαθμισμένοι σε εκατοστά, με ακρο- κύρτο ανοιχτό και χωρίς σπτες. Νο6	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23%	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, μήκος περίπου 70-75cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, ακτινοσκίεροι, δια- βαθμισμένοι σε εκατοστά, με ακρο- κύρτο ανοιχτό και χωρίς σπτες. Νο7	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23%	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό συρμα μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, μήκος περίπου 70-75cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, ακτινοσκίεροι, δια- βαθμισμένοι σε εκατοστά, με ακρο- κύρτο ανοιχτό και χωρίς σπτες. Νο8	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10	23%	200	246	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700- 12035	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑ Σ		ΤΕΜΑΧΙΑ	50	16	23%	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12036	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ BASKET	Ουρητηρικοί καθετηρες τυπου DORMIA NO-TIP, αποστειρωμενοι, μιας χρησης, με 4 συστροφα συρματα τιτανιου(Nitilon) για ημιευκαμπτο ουρητηροσκοπιο <i>Ch/Fr 3</i> , μηκος 90cm και διαμετρο καλαθιου 14mm.	TEMAXIA	5	220	23%	1100	1353	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12037	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ RIG-TAIL ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ	σετ ενδοπροθεσεων ουρητηρα τυπου rig-tail από σιλικονη, αποστειρωμενα, μακρας παραμονης, 6 μηνων και ανω, τεκμηριωμένα χωρίς κίνδυνο επικρούσωσης και μολύνσεων, που να συνοδευονται από οδηγο συρμα και προωθητη με δυνατοτητα συνδεσης και κατευθυνσης του rig-tail. 6-8 Ch/Fr και μηκους 26-28 cm, ανοιχτου και κλειστου ακρου.	TEMAXIA	80	88	23%	7040	8659,2	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12038	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΙΑ	Καθετηρες ουρητηρικοι από PVC, μηκους 70cm, με ευθυ ελαιομορφο ακρο, ακτινοσκιεροι, με συμανση τοποθετησης για δεξιο η αριστερο ουρητηρα, εκατοστιαια διαβαθμιση ανα 5cm, εσωτερικο συρμα και χωριστο LUER-LOCK υποδοχεια.	TEMAXIA	10	6	23%	60	73,8	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12041	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8 ΟΠΩΝ	πολυαυλικη παροχετευση από 100% σιλικονη μηκους 40 cm και πλατους 35 cm	TEMAXIA	1000	7,5	23%	7500	9225	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12042	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΚΕ ΡΑΜΙΔΑΚΙΑ)	Πολυαυλικη παροχετευση(κεραμιδακια) από 100% σιλικονη μηκους 36 cm και πλατους 6 cm	TEMAXIA	150	7	23%	1050	1291,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12045	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΕΩΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Καθετήρες σίτισης από Πολυουρεθάνη με οδηγό , ακτινοσκιεροί, κλειστού άκρου , μήκους 125cm. No 12-14	TEMAXIA	200	4	23%	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

2104-35700-12046	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ	Καθετήρες τύπου ΤΙΕΜΑΝ αποστειρωμενοι απο σιλικοναρισμένο, σκληρό ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Νο 8εως 16 και μήκος 40εκ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	2000	0,26	23%	520	639,6	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12047	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΦ	Ακτινοσκιεροι,με στρογγυλεμενο ατραυματικο ακρο, με ενσωματωμενο οδηγο και ενσωματωμενο συνδετικο συνδεσης. Να είναι από θερμοπλαστικο PVC, εύκαμπτοι, αποστειρωμενοι, ελευθεροι LATEX, μιας χρησης,με δύο εσωτερικες κανουλες.Μεγεθη Νο 7εως 10 (και ταμισα μεγεθη, π.χ. 8,5)	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	8	23%	800	984	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12052	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	Να είναι από βιοσυμβατο υλικο και να μη διαστελλεται με τη θερμοκρασια του σωματος.Να εχει λεπτο τοιχωμα,ο οδηγος να εχει καλη εφαρμογη,να φερει στο πισω ακρο υποδοχη για συνδεση Luer lock με την συσκευη χορηγησης,να υπαρχει χρωματικος κωδικας μεγεθων, να επιτρεπεται να παραμεινει τουλαχιστον για 48 ωρες,να ειναι ακτινοσκιερος,και να αναφερεται οτι ειναι Latex free. Να εξασφαλιζει την δυνατοτητα αμεσου οπτικου ελεγχου της παλινδρομησης του αιματος και να αναφερεται η εσωτερικη διαμετρος.	ΤΕΜΑΧΙΑ	70000	0,18	23%	12600	15498	0,222

2104-35700-12051	ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK)Να είναι από βιοσυμβατο υλικό και να μη διαστελλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.Να έχει λεπτό τοίχωμα,ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή,να φέρει στο πίσω ακρο υποδοχή για συνδεση Luer lock με την συσκευή χορηγήσης,να υπάρχει χρωματικός κωδικός μεγεθών, να επιτρέπεται να παραμείνει τουλάχιστον για 48 ώρες, να είναι ακτινοσκιερός,και να αναφέρεται ότι είναι Latex free. Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρομησης του αίματος και να αναφέρεται η εσωτερική διάμετρος..	ΤΕΜΑΧΙΑ	22000	0,39	23%	8580	10553,4	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12054	ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 3	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	5	23%	1,95	2,3985	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 4	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	10	23%	3,9	4,797	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
	ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ(ΚΕΗΡ)	Καθετήρες παροχέτευσης χοληδόχου πόρου τύπου ΚΕΗΡ-Τ, από LATEX.No 5	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,39	5	23%	1,95	2,3985	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12056	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ	Να αποτελούνται από δύο τεμαχία, με εσωτερικό σωλήνα, για εύκολο καθαρισμό, να έχουν μικρό βάρος για να νην ενοχλείται ο ασθενής, να είναι μεγάλης αντοχής,να αποστειρώνονται απειρές φορές, σε όλα τα	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	90	23%	450	553,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

		νουμερα.							
2104-35700-12060	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΙΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ	Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να αναφέρεται εάν φέρει επικάλυψη από σιλικόνη ή πολυουρεθάνη. Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Καλή κατασκευή και απόλυτη εφαρμογή βελόνης εισαγωγής και καθετήρα. Να έχει λεπτό τοίχωμα και μεγάλο αυλό για καλύτερη ροή. Να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του αίματος Να φέρει διακόπτη ροής αίματος για την αποφυγή διαφυγής αίματος ή εισαγωγής αέρα. Να αναφέρεται η διάμετρος (18, 20, 22 G) και το μήκος του καθετήρα.	TEMAXIA	75	2	23%	150	184,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
2104-35700-12073	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΒΒΟCΑΤΗ-Τ 140mm 14-16G	Να είναι από βιοσυμβατο υλικο και να μη διαστελλεται με τη θερμοκρασια του σωματος. Να εχει λεππο τοιχωμα, ο οδηγος να εχει καλη εφαρμογη, να φερει στο πισω ακρο υποδοχη για συνδεση Luer lock με την συσκευη χορηγησης, να υπαρχει χρωματικος κωδικας μεγεθων, να μπορει να παραμεινει τουλαχιστον για 48 ωρες, να ειναι ακτινοσκιερος, και να αναφερεται αν ειναι Latex free.	TEMAXIA	50	8,5	23%	425	522,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΤΥΠΟΥ PIG-TAIL	Ουρητηρικα stents τυπου pig-tail βιοσυμβατά, από πολυουρεθανη, αποστειρωμενα, που να συνοδευονται από οδηγο συρμα και προωθητη εισαγωγης μονης και διπλης θηλιας. Ανοιχτου και κλειστου ακρου σε μεγεθη 4,8 -7fr και μηκος 24-26-28-70cm.	TEMAXIA	80	23	23%	1150	1414,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΤΥΠΟΥ PIG-TAIL	Ουρητηρικά stents τυπου pig-tail. βιοσυμβατά, απο πολυουρεθανη, αποστειρωμενα, μεσης παραμονης 6 μηνων και ανω, που να συνοδευονται από οδηγο συρμα και προωθητη εισαγωγης με δυνατοτητα συνδεσης και κατευθυνσης του pig-tail.Ανοιχτου και κλειστου ακρου σε μεγεθη 4,8-7fr και μηκος 24-26-28cm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	47	23%	1800	2214	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΙ ΗΜΙΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ.	Να εχει υδροφιλη επικαλυψη και συστημα σταθεροποιησης, με ακτινοσκιερο δακτυλιδι, με δυνατοτητα μετατροπης του οδηγου εργασιας σε οδηγο ασφαλειας για προστασια και συνεχη προσβαση στον ουρητηρα και το νεφρο, να φερει ατραυματικο ακρο. Διαμετρος 12-14 ch/fr.	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	220	23%	1100	1353	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.	Να αποτελειται από καθετηρα μηκους 75-80cm, διπλου αυλου με μπαλονι για αποτελεσματικη και ομοιομορφη διαστολη κατά τη διαρκεια της ενδοσκοπησης, να φερουν ακτινοσκιερους μαρτυρες στο προσθιο και οπισθιο μερος του μπαλονιου. Συμβατο με οδηγο συρμα .	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	230	23%	1150	1414,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ(ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ)	Να έχουν ακτινοσκοπιερη γραμμη και να μπορούν να δεχθουν εσωτερικα δευτερη κανουλα.Να περιεχονται εντος της συσκευασιας εκτος της τραχειοστομιας και δυο κανουλες,ένα στηρικτικο τυπου velcro για την τραχειοστομια και ένα λιπαντικο για την τοποθετηση της τραχειοστομιας στην τραχεια. Να αναγραφεται στο οδηγο μπαλονι του cuff το νουμερο του σωληνα για ευκολη αναγνωριση. Να είναι αποστειρωμενοι,μιας χρησης και Latex-free. Να υπαρχουν οι αντιστοιχες ενδειξεις αποστειρωσης και απουσιας Latex επι της συσκευασιας.Να ειναι διαθεσιμοι σε μεγαθη αποθ εως 10 ανα μισο.	ΤΕΜΑΧΙΑ	75	22	13%	1650	1864,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ(ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ)	Να έχουν ακτινοσκοπιερη γραμμη και να μπορούν να δεχθουν εσωτερικα δευτερη κανουλα.Να περιεχονται εντος της συσκευασιας εκτος της τραχειοστομιας και δυο κανουλες,ένα στηρικτικο τυπου velcro για την τραχειοστομια και ένα λιπαντικο για την τοποθετηση της τραχειοστομιας στην τραχεια. Να είναι αποστειρωμενοι,μιας χρησης και Latex-free. Να υπαρχουν οι αντιστοιχες ενδειξεις αποστειρωσης και απουσιας Latex επι της συσκευασιας.Να ειναι διαθεσιμοι σε μεγαθη αποθ εως 10 ανα μισο.	ΤΕΜΑΧΙΑ	75	22	13%	1650	1864,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	Να εχει ενσωματωμενο μηχανισμο ενεργης εκκαθαρησης του αυλου του,καθοδηγουμενου εξωτερικα και ασηπτα. 28-32 FR	ΤΕΜΑΧΙΑ	45	300	23%	13500	16605	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ	Να περιεχει καθετηρα από 100% σιλικονη 2way με μπαλονι και ακτινοσκιερη γραμμη, τροκαρ μεταλλικο διαιρουμενο, όλα τα μεγεθη.	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	23	23%	1150	1299,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY 2-WAY 100% timann απο neoplex.	αποστειρωμενοι, μιας χρησης, με δυο οπτες μετα το μπαλονι, χωρητικοτητας μπαλονιου 15ml, CH/FR 8-24	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	23	23%	1150	1299,5	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
		ΣΥΝΟΛΟ					97.705,80 €	119.618,13 €	

18. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
- Α) Την έγκριση των υπ' αριθ. πρωτ. 7079/18.05.2016 τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καθετήρων, προϋπολογισμού έως 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
- Β) Την αποστολή των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΚΑΠΤΥ και στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, προκειμένου να εγκριθούν.
- Γ) Την άμεση διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Καθετήρων, προϋπολογισμού έως 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα (1) έτος μετά την έγκριση των υπ' αριθ. πρωτ. 7079/18.05.2016 τελικών τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΠΥ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Π. ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ

Π. ΠΑΠΑΚΟΤΟΥΛΑΣ

Σ. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΘΑΝΟΥ