



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ 31.01.2020

Αρ.Πρωτ.: 1411

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- 1. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραλαβής.**
- 2. Η συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει απαραίτητα με την προσφορά τους:**
- 3. Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα κατασκευής και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκομίσουν.**
- 4. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης – επί ποινή αποκλεισμού - να προσκομίσουν δείγματα από τα προσφερόμενα είδη στην Επιτροπή Αξιολόγησης (να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού).**

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»:

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές [Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91)] αφορούν στις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την στεγανότητα κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου) και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές – συμπληρωματικές απαιτήσεις:

- 1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:**
 - Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής τους. Τόσο τα πλαστικό όσο και το σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιέμενου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.
 - Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.
 - Να υπάρχει stop πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.
- 2. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.**
- 3. Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων ελεγχων.**
- 4. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα**
- 5. Συσκευασία – Επισήμανση**
 - Η συσκευασία πρέπει να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τις σύριγγες από επιμολύνσεις.

- Στην εξωτερική συσκευασία όλων των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
 - Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής.
 - Υλικό κατασκευής.
 - Μέγεθος.
 - Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης.
 - Ημερομηνία παραγωγής.
 - Ημερομηνία λήξης (ασφαλούς χρήσης).
 - Αριθμός παρτίδας.
 - Σήμανση CE.

-Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη **«Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεύδη»**, εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεύδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.
- 6. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης που θα παραδίδουν, να προσκομίζουν στην Επιτροπή Παραλαβής Έκθεση Εργαστηριακού Ελέγχου (έλεγχος στεριότητας, λοιποί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 - Ο αριθμός παρτίδας.
 - Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου.
 - Η ημερομηνία ελέγχου.
 - Το αποτέλεσμα του ελέγχου.
- 7. Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη και atraumaticή φλεβοκέντηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

1. ΣΥΡΙΓΓΕΣ (CPV 33141310-6)

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
6225	1	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1ml	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟ₂, ΡCΟ₂, ΡΗ, CΟ-ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (Κ, ΝΑ, CΑCΛ) & ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ (ΓΛΥΚΟΖΗ-ΓΑΛΑΚΤΙΚΑ). • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΗΣ (U/ML). • Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ. • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. • ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΛΑΔΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΣΩΛΙΝΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ). • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. • Η ΒΕΛΟΝΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ). • ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΣΚΟ (ΜΠΕΚ). ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 	13.000	0,50	24	0,62	8.060,00

6226	2	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ 1ml	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟ₂,ΡCO₂,ΡΗ,CO-ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (Κ,ΝΑ,САСL) & ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ (ΓΛΥΚΟΖΗ-ΓΑΛΑΚΤΙΚΑ). • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΗΣ (U/ML). • Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ. • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. • ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΛΑΔΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΣΩΛΙΝΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ). • ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΣΚΟ (ΜΠΕΚ). ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 	2.000	0,35	24	0,43	860,00
6227	3	ΣΥΡΙΓΓΑ 1ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ M.X.	<ul style="list-style-type: none"> • ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ «ΤΥΠΟΥ Β» (ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α6/6404δς (Φ.Ε.Κ. 681/Τ. Β./8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ». 	35.000	0,021	24	0,026	910,00
6231	4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ml ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21 G		120.000	0,019	24	0,023	2.760,00
6232	5	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21 G		145.000	0,03	24	0,04	5.800,00
6229	6	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21 G		162.200	0,04	24	0,05	8.110,00

6230	7	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 21 G		112.200	0,051	24	0,063	7.069,00
6467	8	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60ml ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΚΩΝΟ ΓΙΑ LEVIN, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ		10.000	0,12	24	0,15	1.500,00
6233	9	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60ml ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΚΩΝΟ ΓΙΑ LEVIN, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0-20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ		3.600	0,12	24	0,15	540,00
6927	10	ΣΥΡΙΓΓΑ 200 ml ΝΕΜΟΤΟ ΝΕ-SYPET 200	<ul style="list-style-type: none"> • ΟΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ (ΝΕΜΟΤΟ). • ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 200 ml. • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΝ Η ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΥΓΡΟ Ή ΑΔΕΙΑ. • ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΑΓΓΑΣ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΡΦΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (FILLSPRITE), ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΠΕΙΡΩΕΙΔΗΣ) ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 cm. • ΟΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΩΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CE. • ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ PSI Ή ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ (LABEL) Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Ή ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). • ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. • ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ ΝΕΜΟΤΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗ. 	300	9,90	24	12,30	3.690,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					31.692,74€
								39.299,00€

2. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV 33141110-4)

ΚΩΔ. ΦΟΡΕ Α	Α.Α	Είδος	Περιγραφή	Τεχνικές Προδιαγραφές	Τεμ.	Ενδεικτική τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	Ενδεικτική τιμή τεμαχίου με ΦΠΑ 13%	Ενδεικτικό Σύνολο με ΦΠΑ 13%
5483	11	Επίδεσμος Δικτυωτός Ελαστικός Κυλινδρικός	α) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.0-Δάκτυλο	Επίδεσμοι Ελαστικοί Δικτυωτοί, Σωληνοειδείς σε ρολά 25m, να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι στους 40 °C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξειδίο αιθυλενίου στους 130 °C. Να αποτελούνται από βαμβάκι και ελαστίνη. Να προσφέρονται σε νούμερο 0-10. Στην προσφορά να δοθεί τιμή ρολού και μέτρου ανά διάσταση	10	0,98	13	1,11	11,10
5484			β) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.1-Δακτύλων άνω και κάτω άκρων		20	0,045	13	0,050	1,00
5492			γ) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.2-Καρπός/Αστράγαλος		40	0,052	13	0,058	2,32
5485			δ) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.3-Αγκώνας		30	0,060	13	0,067	2,01
5486			ε) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.4 Βραχίονας/Χέρι		40	1,54	13	1,74	69,60
5482			στ) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.5-Πόδι/Βραχίονας		300	1,81	13	2,045	613,50
5487			ζ) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.6-Γόνατο		50	3,37	13	3,80	190,00
5488			η) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.7-Μηρός		20	4,69	13	5,30	106,00
5489			θ) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.8-Μηρός/Κεφάλι		10	4,97	13	5,61	56,10
5490			ι) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.9-Κοιλιά/Κορμός		10	6,19	13	6,99	69,90
5491			ια) Δικτυωτοί Επίδεσμοι No.10 Κορμός/Ωμος/Λεκάνη		10	6,49	13	7,33	73,30
5525	12	Συνθετικοί επίδεσμοι βάμβακος έσω γύψου	Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περίδεση κάτω από το γύψο A) 5cm X 2,7m±1cm X 0,5m που να αποστειρώνεται	Επίδεσμος από συνθετικό βαμβάκι για επίδεση, πριν από τη γύψωση, που να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, να κόβεται εύκολα με το χέρι και να είναι αυτοσυγκρατούμενος.	60	0,07	13	0,08	4,80
5526			Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περίδεση κάτω από το γύψο B) 7,5 cm X 2,7m±1cm X 0,5m που να αποστειρώνεται		50	0,085	13	0,10	5,00

5908			Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περίδεση κάτω από το γύψο Γ) 10 cm X 2,7m που να αποστειρώνεται		2.000	0,09	13	0,101	202,00
5910			Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περίδεση κάτω από το γύψο Δ) 15cm X 2,7m που να αποστειρώνεται		1.500	0,15	13	0,169	253,50
5912			Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περίδεση κάτω από το γύψο Ε) 20 cm X 2,7m που να αποστειρώνεται		1.000	0,20	13	0,22	220,00
5461	13	Γυψεπίδεσμοι απλοί	Γυψεπίδεσμοι απλοί A)10 cm X 2m ±1 cm X ± 10% m	Γυψοταινία κοινή λευκή, να έχει εξαιρετικά κρεμώδη υφή, αυξημένη ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού, με μικρή απώλεια γύψου κατά την χρήση, μικρό χρόνο πήξης 2 - 3min, να έχει αντοχή σε βάρος και μεγάλη τελική αντοχή, να είναι διαπερατή από ακτίνες RONTGEN. Να διαβρέχονται πλήρως σε χρόνο 3 - 5 sec Τιμή τεμαχίου και όχι συσκευασίας	600	0,15	24	0,186	111,60
5454			Γυψεπίδεσμοι απλοί B)12 cm X 2m ±1 cm X ± 10% m		200	0,17	24	0,21	42,00
5455			Γυψεπίδεσμοι απλοί Γ)15 cm X 2m ±1 cm X ± 10% m		150	0,22	24	0,27	40,50
5456			Γυψεπίδεσμοι απλοί Δ)20 cm X 2m ±1 cm X ± 10% m		60	0,31	24	0,38	22,80
5538	14	Επίδεσμος ελαστικός	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 65% ΜΕ 35% περίπου διαστάσεων A) 6 cm X 4,5m ±1 cm X ±1m	Επίδεσμοι εξαιρετικής ποιότητας, βαμβακερό και ελαστικό νήμα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητά τους να είναι πάνω 75%, να επιμηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος και να επανέρχονται μετά την τάνυση στο αρχικό μήκος. Να είναι ανθεκτικοί, 0,16αεροδιαπερατοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. Οι πλευρές να είναι υφασμένες σε μορφή ουγίας, να έχουν ανοιχτό χρώμα και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους. Να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία που θα φέρει όλες τις ενδείξεις: τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία-τόπος), διαστάσεις ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανυσμό, το χρόνο κατασκευής, οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα. Για το πλάτος 6 cm, ένας συνδετήρας. Για το πλάτος 10 cm και 12 cm, δύο συνδετήρες. Για το πλάτος 15 cm και 20 cm, 3 συνδετήρες.	3.500	0,007	24	0,008	28,00
5540			Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 65% ΜΕ 35% περίπου διαστάσεων B)10 cm X 4,5m ±1 cm X ±1m		6.500	0,096	24	0,119	773,50
6496			Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 65% ΜΕ 35% περίπου διαστάσεων Γ)12 cm X 4,5m ±1 cm X ±1m		3.500	0,12	24	0,14	490,00
5541			Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 65% ΜΕ 35% περίπου διαστάσεων Δ)15 cm X 4,5m ±1 cm X ±1m		3.200	0,14	24	0,17	544,00
5542			Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 65% ΜΕ 35% περίπου διαστάσεων Ε)20 cm X 4,5m ±1 cm X ±1m		1.200	0,20	24	0,24	288,00
7052	15	Ελαστικοί αυτοκόλλητοι επίδεσμοι	Επικολλητικοί επίδεσμοι τύπου TENSOPLAST A. 5 cm X 4,5m	Αυτοκόλλητοι ελαστικοί επίδεσμοι μεγάλης συγκολλητικής ικανότητας, με αντιαλλεργική κολλητική ουσία, αεροδιαπερατή. Να φέρουν διακριτή γραμμή κατά μήκος, ώστε να	30	1,25	13	1,42	42,60
7053			Επικολλητικοί επίδεσμοι τύπου TENSOPLAST B. 7,5 cm X 4,5m		30	1,14	13	1,28	38,40

7054			Επικολητικοί επίδεσμοι τύπου TENSOPLAST Γ. 10 cm X 4,5m	διευκολύνεται η επίδεση. Να προσφέρουν δυνατή αλλά ελεγχόμενη συμπίεση, ατομικά συσκευασμένη, όπου θα αναφέρονται οι απαραίτητες ενδείξεις.	30	1,44	13	1,62	48,60
6547	16	Ταινία αυτοκόλλητη μεταξωτή ισχυρή	Επιδεσμική ταινία από συνθετικό μετάξι 2,5 cm	Επιδεσμική ταινία αυτοκόλλητη από συνθετικό μετάξι, υψηλής ποιότητας, να είναι υποαλλεργική, μικροπορώδης, επιτρέποντας την αναπνοή του δέρματος, να κόβεται εύκολα με το χέρι, να έχει υποαλλεργική συγκολλητική ουσία στη μια όψη, να μην ερεθίζει το δέρμα και να παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση. Συσκευασμένη σε πηνία σε λευκό χρώμα.	16.500	0,32	13	0,36	5.940,00
6478	17	Αυτοκόλλητα επιθέματα στήριξης φλεβοκαθετήρων με βαλβίδα	Αυτοκόλλητα επιθέματα στήριξης φλεβοκαθετήρων με βαλβίδα	Σύστημα εφαρμογής με παράθυρο, με παρεχόμενη πρόσθετη ενίσχυση, ώστε να βοηθά στην ακριβή τοποθέτηση. Βαθιά εγκοπή για συγκράτηση προεξοχών και του στομίου του καθετήρα. Αποστειρωμένες λωρίδες από χειρουργική ταινία που να συγκρατούν τους αυλούς και τις γραμμές έγχυσης. Με ετικέτα καταγραφής ημερομηνίας και ώρας τοποθέτησης της γραμμής καθώς και αλλαγής του επιθέματος. Με διαφανή μεμβράνη πάνω από το σημείο φλεβοκέντησης, ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του σημείου εισαγωγής του καθετήρα χωρίς την αφαίρεση του επιθέματος. Μέγεθος: 8,5X7 cm	20.000	0,030	13	0,033	660,00
6555	18	Επίθεμα διαφανούς στήριξης περιφερικού εισερχόμενου κεντρικού καθετήρα	Επίθεματα διαφανή στήριξης υποκλειδίου περιφερικού κεντρικού εισερχόμενου καθετήρα	Σύστημα εφαρμογής με «Κορνίζα», που να περιέχει ακριβή σταθεροποίηση του καθετήρα. Εύκολη παρακολούθηση του σημείου φλεβοκέντησης. Αποστειρωμένο. <u>Μέγεθος: 10 X 8,5 cm (περίπου) ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</u>	500	0,67	13	0,75	375,00
6497	19	Επιθέματα τραυμάτων	Επιθέματα τραυμάτων αυτοκόλλητα μετεχειρητικά, αποστειρωμένα, υποαλλεργικά με γάζα από non-woven. A. Διαστάσεις: 5X8 cm ± 2	Επικαλύμματα τραυμάτων (αυτοκόλλητα) αποστειρωμένα. Κατασκευασμένα από μαλακή ίνα 100% βισκόζη, η οποία να είναι υψηλής απορροφητικότητας. Η επιφάνεια του επιθέματος να είναι καλυμμένη από ένα διάτрито φιλμ πολυαιθυλένιο το οποίο να μην επικολλάται πάνω στο τραύμα. Περιμετρικά να διαθέτει αεριζόμενη αυτοκόλλητη απαλή ταινία από 100% non-woven	13.000	0,031	13	0,35	4.550,00
6498			Επιθέματα τραυμάτων αυτοκόλλητα μετεχειρητικά, αποστειρωμένα, υποαλλεργικά με γάζα από non-woven. B. Διαστάσεις: 10X10 cm ± 2		20.000	0,04	13	0,045	900,00

6499			Επιθέματα τραυμάτων αυτοκόλλητα μετεχειρητικά, αποστειρωμένα, υποαλλεργικά με γάζα από non-woven. Γ. Διαστάσεις: 10X15 cm ± 2	πολυετέρα για την άριστη τοποθέτησή του.	23.000	0,046	13	0,051	1.173,00
6559			Επιθέματα τραυμάτων αυτοκόλλητα μετεχειρητικά, αποστειρωμένα, υποαλλεργικά με γάζα από non-woven. Δ. Διαστάσεις: 10X20 cm ± 2		5.000	0,060	13	0,067	335,00
6546			Επιθέματα τραυμάτων αυτοκόλλητα μετεχειρητικά, αποστειρωμένα, υποαλλεργικά με γάζα από non-woven. Ε. Διαστάσεις: 10X25 cm ± 2		4.000	0,070	13	0,079	316,00
6572			Επιθέματα τραυμάτων αυτοκόλλητα μετεχειρητικά, αποστειρωμένα, υποαλλεργικά με γάζα από non-woven. ΣΤ. Διαστάσεις: 10X30 cm ± 2		5.000	0,090	13	0,101	505,00
5878			Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό, μη αλλεργικός και υδρόφοβος. Α. Διαστάσεις: 5 cm X 4,5 m ± 1 cm ± 10% m		10	32,00	13	36,16	361,60
5879			Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό, μη αλλεργικός και υδρόφοβος. Β. Διαστάσεις: 7,5 cm X 4,6 m ± 1 cm ± 10% m	Συνθετικός νάρθηκας σε ρολό, κατασκευασμένος από οκτώ πυκνά στρώματα υφασμένου FIBERGLASS, εμποτισμένου σε ρητίνη πολυουρεθάνης, καλυμμένος πλήρως με βάτα. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντας αμέσως εύκολα έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα. Το κάθε ρολό να είναι ατομικά συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία, με ειδικό «κλιπ», για να ξανασφραγίζεται μετά το κόψιμο.	30	36,00	13	40,68	1.220,40
5875	20	Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό	Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό, μη αλλεργικός και υδρόφοβος. Γ. Διαστάσεις: 10 cm X 4,6 m ± 1 cm ± 10% m		40	37,00	13	41,81	1.672,40
5876			Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό, μη αλλεργικός και υδρόφοβος. Δ. Διαστάσεις: 12 cm X 4,5 m ± 1 cm ± 10% m		30	38,50	13	43,50	1.305,00
5877			Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό, μη αλλεργικός και υδρόφοβος. Ε. Διαστάσεις: 15 cm X 4,5 m ± 1 cm ± 10% m		10	42,90	13	48,47	484,70
6601	21	Επιθέματα εμποτισμένα με γέλη παραφίνης	Επιθέματα εμποτισμένα με γέλη παραφίνης για θεραπεία εγκαυμάτων, τραυμάτων, εκδορών. Α. Διαστάσεις: 10 cm X10 cm	Βαζελινούχος- παραφινούχος γάζα από 100% βαμβάκι, εμποτισμένο με αδρανή, ανθεκτική στο νερό αλοιφή, αποστειρωμένο, ώστε να μην κολλάει στην πληγή και συσκευασμένο ατομικά το κάθε επίθεμα σε φάκελο αλουμινίου.	1.500	0,12	13	0,13	195,00
6628			Επιθέματα εμποτισμένα με γέλη παραφίνης για θεραπεία εγκαυμάτων, τραυμάτων, εκδορών. Β. Διαστάσεις: 10 cm X30 cm		1.000	0,30	13	0,33	330,00
5924	22	Οφθαλμολογικά Επιθέματα	Επιθέματα μ.χ για οφθαλμολογική χρήση σχήματος οβάλ αποστειρωμένα 5X7cm	Από καθαρό βαμβάκι άριστης ποιότητας και επικάλυψη από non-woven.	2.000	0,05	24	0,06	120,00
6852	23	Αντιμικροβιακή μεμβράνη σε σπρέυ		Αντιμικροβιακή μεμβράνη επικάλυψης τραυμάτων σε σπρέυ 100ml	100	3,90	24	4,83	483,00

7032	24	Επουλωτικό σπρέυ εξιδρωμάτων & ξηρών τραυμάτων	Επουλωτικό σπρέυ εξιδρωμάτων & ξηρών τραυμάτων, για εγκαύματα, πληγές, κατακλίσεις και άλλα χειρουργικά τραύματα.		150	7,57	13	8,55	1.282,50
5531	25	Δερματικές έλξεις	A. Ενηλίκων	Να αποτελούνται από αφρώδες και φοδραρισμένο υλικό, υποαλλεργικές, εύχρηστες και αυτοκόλλητες	20	1,64	13	1,85	37,00
5532			B. Παιδών		10	1,58	13	1,78	17,80
5535	26	Υμάντας ανάρτησης χειρός		Υμάντας ανάρτησης χειρός κατασκευασμένος από μαλακό αφρώδες υλικό, καλυμμένος με ελαστικό υποαλλεργικό υλικό, 5 cm X 1 m X6 m ± 10%	20	1,53	13	1,72	34,40
6479	27	Κολάρα αυχένος		α) Κολάρα αυχένος, ορθοπεδικά-ανατομικά small	200	0,87	13	0,98	196,00
6480				β) Κολάρα αυχένος, ορθοπεδικά-ανατομικά medium	500	0,89	13	1,005	502,50
6481				γ) Κολάρα αυχένος, ορθοπεδικά-ανατομικά large	500	0,99	13	1,118	559,00
				δ) Κολάρα αυχένος, ορθοπεδικά-ανατομικά extra large	100	1,24	13	1,401	140,10
5368	28	Ταινίες αυτοκόλλητες συρραφής τραυμάτων	Ταινίες αυτοκόλλητες συρραφής τραυμάτων A) Διαστάσεις 12X100mm steri-strip	Αυτοκόλλητη πορώδης υποαλλεργική ταινία για σύγκλιση τραύματος χωρίς ράμμα αποστειρωμένη.	1.200	0,50	13	0,56	672,00
5370			Ταινίες αυτοκόλλητες συρραφής τραυμάτων B) Διαστάσεις 6,4X76mm steri-strip		1.200	0,08	13	0,09	108,00
5369			Ταινίες αυτοκόλλητες συρραφής τραυμάτων Γ) Διαστάσεις 6X100mm steri-strip		2.000	0,04	13	0,005	10,00
6762	29	Κάλτσα Πλεκτή STOKINETTE	A) Διαστάσεις 8,5cmX10m		15	9,00	13	10,17	152,55
6767			B) Διαστάσεις 16cmX10m		50	9,00	13	10,17	508,50
7240	30	TACHYEPIDEXMOS AYTOKOLLHTOS AΠOCTEIPΩMENOΣ	ME TAINIA AΠO ΠΛACTIKO – XANΣAΠΛACT 19*72mm		15.000	0,0051	13	0,005	75,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%									23.564,76€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%									26.628,18€

			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%	2.373,70€
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%	2.943,40€
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% & 24%	25.938,46€
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% & 24%	29.571,58

ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΕΚΤΟΣ.....

ΕΙΔΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΡΙΓΓΕΣ	31.692,74€	39.299,00€
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	25.938,46€	29.571,58€
ΣΥΝΟΛΟ	57.631,20€	68.870,58€

Έλεγχοι κατά την παραλαβή.

- Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ελέγχει, εάν οι πλαστικές σύριγγες, που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο Εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και αναφέρεται στη Σύμβαση, ώστε να μην προσκομίζεται οποιαδήποτε άλλο προσφερόμενο είδος, που δεν αξιολογήθηκε.
- Έλεγχος στειρότητας και λοιποί φυσικοχημικού έλεγχοι σε εργαστήριο του φορέα ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Ε.Ο.Φ και άλλων.
- Τα έξοδα ελέγχου και τα αποστελλόμενα δείγματα θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ