



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 64 09 000 , Fax: 210 64 20 146

Αθήνα, 30-11-2016
Αρ. Πρωτ 11278/909

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 48

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

CPV 24455000-8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ με κωδικό cpv 24455000-8 του Νοσοκομείου ΠΠΥΥ 2014
ΑΔΑ 70Σ7469ΗΔ8-72ΖΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΔΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 6Ξ6Ω469ΗΔ8-ΗΥ1

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΣ	ΠΙΘΑΝ Η ΤΙΜΗ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ
		ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ				
1	25081	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	59	7,5	548,7

		α)Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα βακτηρίδια , μύκητες, ιούς (HIV, HCV, HBV) μυκοβακτηρίδια				0
		β) Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση				0
		γ) Ελεύθερο αλδεϋδών, φαινόλων και χλωρίου. Να περιέχει δύο ή περισσότερες δραστικές ουσίες				0
		δ)Να είναι άοσμο, μη πτητικό, να ενδείκνυται για κλειστούς χώρους και να έχει βέλτιστο οικοτοξικολογικό προφίλ				
		ε)Να μην είναι ερεθιστικό για τα μάτια και το αναπνευστικό.				0
		στ)Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 5Lt				
		ζ) Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση η τιμή συμπυκνωμένου λίτρου και το κόστος αραίωσης για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος σε χρόνο έως 30 λεπτά				0
2	27126	ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC) των 0,5 gr	ΔΙΣΚΙΑ	11.000	0,03	409,2
2.1		α)Να διατίθεται σε μορφή δισκίων των 0,5 γραμμαρίων				0
		β) Να έχει πίνακα συγκεντρώσεων και δοσολογιών				0
		γ) Να έχει υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι του HIV, HBV, HCV, HSV				0
		δ) Να έχει πλήρες μικροβιοκτόνο, ιοκτόνο κλπ φάσμα				0
		ε) Να απελευθερώνει σταδιακά NADCC				0
2.2		ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC) των 2,5 gr	ΔΙΣΚΙΑ	100.00 0	0,085	10540
		α)Να διατίθεται σε μορφή δισκίων των 2,5 γραμμαρίων				0
		β) Να έχει πίνακα συγκεντρώσεων και δοσολογιών				0
		γ) Να έχει υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι του HIV, HBV, HCV, HSV				0
		δ) Να έχει πλήρες μικροβιοκτόνο, ιοκτόνο κλπ φάσμα				0
		ε) Να απελευθερώνει σταδιακά NADCC				0

2.3		ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC) των 5 gr	ΔΙΣΚΙΑ	5000	0,22	1364
		α) Να διατίθεται σε μορφή δισκίων των 5 γραμμαρίων				0
		β) Να έχει πίνακα συγκεντρώσεων και δοσολογιών				0
		γ) Να έχει υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι του HIV, HBV, HCV, HSV				0
		δ) Να έχει πλήρες μικροβιοκτόνο, ιοκτόνο κλπ φάσμα				0
		ε) Να απελευθερώνει σταδιακά NADCC				0
3	35783	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	4500	0,165	920,7
		α) Να είναι κατάλληλες για το πλυντήριο SOLUSCOPE				
		β) Να περιέχουν στην σύνθεσή τους τα παρακάτω: 1. Διένυδρη διχλωροϊσοκυανουρικού οξέως διαλύματος του νατρίου σε ποσότητα $50 \leq X \% < 100$ 2. Αδιπικό οξύ σε ποσότητα $2,5 \leq X \% < 10$ 3. Το pH σε διάλυμα νερού να είναι 6 με 7 σε 1%				
		γ) Η συσκευασία τους να είναι 150 ταμπλέτες χλωρίνης σε 500 γραμμάρια				
		δ) Να κατατεθούν απαραίτητα μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τη συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υγρών με το συγκεκριμένο πλυντήριο.				
		δ) Να συμβαδίζει με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ένωσης (REACH regulation (EC) n°1907/2006 και η n°453/2010)				
4	25083	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΣΠΡΕΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	ΛΙΤΡΑ	300	5	1860
		α) Να είναι συνδυασμός αλκοολών (περιεκτικότητα αλκοολών >30%) ή/και τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου				0
		β) Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (βακτηρίδια, μύκητες, ιούς				0

		HIV, HCV, HBV).				
		γ) Να μην περιέχει αλδεύδες, φαινόλες, ή χλώριο.				0
		δ) Να είναι άοσμο με ταχεία δράση εντός 5 λεπτών.				0
		ε) Να μην είναι ερεθιστικό για τα μάτια και το αναπνευστικό.				0
		στ) Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό				
		ζ) Να προσφέρεται σε φιάλη ψεκασμού του ενός λίτρου.				0
		η) Να είναι έτοιμο προς χρήση				
5	25084	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΩΝ 4-5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	550	11	7502
		α) Η απολυμαντική του ουσία να είναι η ορθοφθαλδεύδη				0
		β) Να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να χρειάζεται ενεργοποίηση και αραιώσεις				0
		γ) Να επιτυγχάνει υψηλού βαθμού απολύμανση σε 5 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης				0
		δ) Να είναι άοσμο και συμβατό με τα ενδοσκόπια και τα εργαλεία				0
		ε) Το διάλυμα χρήσης να είναι σταθερότητας έως 14 ημέρες και να ελέγχεται με δείκτες				
		στ) Το αχρησιμοποίητο διάλυμα να είναι διάρκειας 2-3 μηνών από τη στιγμή που θα ανοιχθεί				0
6	29918	ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΪΔΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	189	0,58	135,93
7	35377	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ETD 3 OLYMPUS / MIELE ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΕΩΣ 3 ΛΙΤΡΑ	ΛΙΤΡΑ	150	48	8928
		α) Να είναι κατάλληλο για την υψηλού βαθμού απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων στον υπάρχοντα αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο εύκαμπτων				0

	ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο ETD3				
	β) Να μη περιέχει γλουταραλδεϋδη				0
	γ) Στην χημική του σύνθεσή να περιέχει 1–5% Υπεροξικό Οξύ, 15–30% Υπεροξειδίο του Υδρογόνου (H ₂ O ₂) και Οξικό Οξύ, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση σε χαμηλή θερμοκρασία 35°C, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του αυτόματου πλυντηρίου-απολυμαντή ETD3 του Ενδοσκοπικού Τμήματος.				0
	δ) Να είναι κατάλληλο για την θερμοχημική απολύμανση ενδοσκοπίων και εξαρτημάτων στο Σύστημα Ενδοθερμικής Απολύμανσης (ETD) του αυτόματου πλυντηρίου-απολυμαντή ETD3 του Ενδοσκοπικού Τμήματος. Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lit (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου.				0
	ε) Να έχει ουδέτερο pH και να είναι φιλικό προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων καθώς και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας προστασία από πιθανές φθορές.				0
	στ) Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο ETD3, ο οποίος βρίσκεται στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί απαραίτητα πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με το αυτόματο πλυντήριο μοντέλο ETD3 του Ενδοσκοπικού				0

		Τμήματος του Νοσοκομείου, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.				
		ζ) Να φέρει σήμανση CE.				
		η) Να διατίθεται σε δοχείο των 2,8 λίτρων.				
		θ) Τα προσφερόμενα είδη α/α 7 και α/α 8 να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, και θα αξιολογηθούν από κοινού, για λόγους συμβατότητας με τον ήδη υπάρχοντα αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο ETD3, που διαθέτει το Νοσοκομείο.				
8	29920	ΥΓΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ EDT3 OLYMPUS/MIELE ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	400	16	7936
		α) Να είναι υγρός ενεργοποιητής κατάλληλος για χρήση σε συνδυασμό με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό, ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο pH και προστασία των ευκάμπτων ενδοσκοπίων, πλήρως συμβατός με τον υπάρχοντα αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο ETD3.				0
		β) Στην σύνθεσή του να περιέχει <5 % Υδροξείδιο του Νατρίου και Φωσφορικό άλας, και να δρα συνδυαστικά με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό σε χαμηλή θερμοκρασία 35°C.				0

		γ) Να παρέχει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου.					0
		δ) Να είναι πλήρως συμβατό με τον αυτόματο πλυντήριο-απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο ETD3, ο οποίος βρίσκεται στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί απαραίτητα πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου ενεργοποιητή με το αυτόματο πλυντήριο μοντέλο ETD3 του Ενδοσκοπικού Τμήματος του Νοσοκομείου, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.					0
		ε) Να είναι φιλικό προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων καθώς και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας προστασία από πιθανές φθορές					0
		στ) Να φέρει σήμανση CE.					
		ζ) Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων					
		η) Τα προσφερόμενα είδη, α/α 7 και α/α 8 να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, και θα αξιολογηθούν από κοινού, για λόγους συμβατότητας με τον ήδη υπάρχοντα αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο ETD3, που διαθέτει το Νοσοκομείο.					0
9	29919	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΪΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SOLUSCOPE 2 ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΛΙΤΡΑ	249	38	11732,88	
		α) Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 45ο C					0
		β) Να λειτουργεί σε συγκέντρωση 1,098+/-0,010 Kg/m3					0
		γ) Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 3,75 +/- 0,25 σε 20οC					0

		δ) Να διαθέτει επίσημη έγκριση απο τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για το ως άνω υγρό (επί ποινή απόρριψης)				0
		ε)Να προσφέρεται σε συσκευασία των 5 Lt				0
		στ)Να κατατεθούν απαραίτητες μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τη συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υγρών με το συγκεκριμένο πλυντήριο.				0
10	36515	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	0,18	223,2
		α) Να είναι εμποτισμένα σε διάλυμα που δεν περιέχει αλκοόλες, αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.				0
		β) Να έχουν ανθεκτική κατασκευή, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (non woven)				0
		γ) Να προσφέρονται σε πρακτική συσκευασία των 200-300 τεμαχίων και άνω με κλείστρο ασφαλείας (κλιπ) που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μερικών από αυτά και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων				0
		δ) Να είναι δραστικά έναντι μικροβίων , μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV), μυκοβακτηριδίου φυματίωσης.				0
		ε)Να μην προκαλούν ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα.				0
11	35958	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΕ SPRAY ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛΗ	ML	15000	0,015	279
		α)Να είναι βακτηριοκτόνος, μυκητοκτόνος, ιοκτόνος, φυματιοκτόνος για απολύμανση ιατροτεχνολογικών συσκευών – οθονών monitors, κρεβατιών, ιατρικού εξοπλισμού, ακρυλικών επιφανειών				0
		β)Να έχει ενσωματωμένη αντλία				0

		γ)Να έχει ως δραστική ουσία τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου και να περιέχει απορρυπαντικούς παράγοντες				0
		δ)Η συσκευασία να είναι από 500-1000ml				0
12	32684	ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΤΡ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΟ 3M CLEAN TRACE	ΤΕΜΑΧΙΑ	199	5	1233,8
				131.77 5		
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			53613,41
		ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ				
		1.Όλα τα προτεινόμενα προϊόντα να μην είναι βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό, κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός ή δοσομετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος θα προσφέρονται και τα ανάλογα εξαρτήματα.				
		2.Θα πρέπει απαραίτητως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο διαλύματος του πυκνού διαλύματος και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος.Σε ότι αφορά τα στερεά (σκόνη) θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή ανά κιλό και το κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση				
		3.Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν για τα προϊόντα απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (EN phase 2,step1) ή με test πραγματικών συνθηκών				
		4.Για κάθε είδος απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης:				
		α.Φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε προϊόντος				

		β. Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ για προϊόντα με καθαριστική δράση. που εμπίπτουν στη νέα νομοθεσία όπως αυτή περιγράφεται στο έγγραφο του ΓΧΚ με αριθμό πρωτ. 30/004/4204 στις 5/12/2013				
		γ.Άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων (Υ.Α. Υ1β/οικ. 7723 ΦΕΚ 961/1994 τ.Β´)				
		δ.Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP				
		ε.Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (για εισαγόμενα προϊόντα)				
		στ. Βιβλιογραφικές αναφορές και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά μικροοργανισμών				
		ζ.Μελέτες από έγκυρους οργανισμούς που να πιστοποιούν ότι οι προτεινόμενες απο τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για συγκεκριμένα στελεχή				
		η.Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τα προϊόντα που αναφέρονται ως ιατροτεχνολογικά εξαρτήματα όπως και πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.				
		5.Να αποστέλλονται δείγματα για τα προϊόντα όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών π.χ. οσμή ενός απολυμαντικού				
		6.Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής για αποφυγή τυχόν επεμβάσεων για αλλαγή συσκευασιών (πώμα - ταινία ασφαλείας)				
		7.Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση αναφορικά με προϊόντα που χρησιμοποιούνται για πρώτη				

		φορά εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση τους .				
		8.Η αξιολόγηση των προϊόντων (ενδείξεις, αραίωση, αποτελεσματικότητα, χρόνοι δράσης κλπ) θα γίνει βάση των ξενόγλωσσων prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας.				
		9.Οι προμηθεύτριες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας και να προσκομίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Οι κατασκευάστριες εταιρείες της αλλοδαπής θα πρέπει να διαθέτουν ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001				
		10.Μετά την κατακύρωση ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες πινακίδες μεγέθους Α4 για ανάρτηση στους χώρους χρήσης του προϊόντος που θα αναφέρουν :Όνομασία προϊόντος, οδηγίες χρήσεως, κινδύνους και μέτρα προφύλαξης, αντίδοτα, εργοστάσιο παρασκευής , υπεύθυνο διανομής και τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο ανάδοχος για κάθε προϊόν υποχρεούται κατά την υπογραφή της συμβάσεως να προσκομίσει φυλλάδιο με τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και φύλλο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (MSDS) στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.				
		11. Να κατατεθεί ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του Ν. 2939/01 ΦΕΚ 179/Α όπως αυτός ισχύει				

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

1. Καλαϊτζη Σουζάνα (Προϊστ ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΝΛ)
2. Φερφέλη Παρασκευή (Προϊστ ΤΕ Νοσηλευτικής)

3. Νάσης Δημήτριος (ΤΕ Νοσηλευτικής)

Εγκριμένο με την υπ αριθμ 455/22-2-16 Απόφαση ΔΣ