



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 540 07

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
πρακτικών της υπ' αριθμ. 9^{ης}/12.03.2018 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ 12^ο: Έγκριση πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων – Συρραπτικών σε εφαρμογή και υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2015, έως του ποσού των 500.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329 (Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005 τεύχος Α'),
 2. τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527 (ΦΕΚ 25/9.2.2007 τεύχος Α'),
 3. το άρθρο 27 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/ τ.Α'/3.8.2010) «περί εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών»,
 4. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
 5. την απόφαση που έλαβε κατά την υπ' αριθμ. 31^η/12-12-2014 (θέμα έκτακτο 11^ο) συνεδρίασή του, σχετικά με την κατάρτιση Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών & Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2015, μέρος του οποίου αποτελεί και η προμήθεια χειρουργικών εργαλείων (cpv: 331400000-3) έως του ποσού των 500.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 6. το υπ' αριθμ. πρωτ. 12592/22-9-2016 έγγραφο της 4^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 (πιστώσεις 2016-2017), με το οποίο διαβιβάζεται το υπ' αριθμ. 2937/15-9-2016 τ. β' ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται το ΠΠΥΦΥ 2015,
 7. το υπ' αριθμ. πρωτ. 13520/13-10-2016 έγγραφο της 4^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών που έχουν ως πηγή χρηματοδότησης το ΠΠΥΦΥ 2015,
 8. την υπ' αριθμ. πρωτ. 14593/10-11-2016 Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης επιτροπών
 9. την υπ' αριθμ. πρωτ. 870/23-1-2017 Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης επιτροπών,
 10. το υπ' αριθμ. πρωτ. 1102/26-1-2017 Πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης επιτροπής με χρήση Η/Υ,
 11. την υπ' αριθμ. πρωτ. 1245/31-1-2017 αίτηση εξαίρεσης από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του κ. Αγγελακόπουλου,
 12. την υπ' αριθμ. πρωτ. 1429/2-2-2017 Απόφαση Διοικητή ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως:

Τακτικά μέλη

Αγγελακόπουλος Σωτήριος Δ/ντης Κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

Μουζουρίδου Χρυσή ΤΕ Νοσηλευτικής

Μολοχίδου Ευδοξία ΤΕ Νοσηλευτικής

Αναπληρωματικά μέλη
 Παυλίδου Φωτεινή Δ/ντρια κλάδου Ιατρών ΕΣΥ
 Μπόνα Ζωή ΤΕ Νοσηλευτικής
 Προδανά Μαρία ΤΕ Νοσηλευτικής

13. την υπ' αριθμ. πρωτ. 1733/8-2-2017 αίτηση εξαίρεσης από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της κας Μουζουρίδου Χρυσής,
14. το υπ' αριθμ. πρωτ. 9058/15-6-2017 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το οποίο: *« Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συνεχείς συγκεντρώσεις και συζητήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για τον προσδιορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια χειρουργικών συρραπτικών εργαλείων του νοσοκομείου, η τριμελής επιτροπή δεν κατέληξε σε κοινή απόφαση. Ειδικότερα δεν υπάρχει ούτε πλειοψηφία απόψεων. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να προβείτε στις δικές σας ενέργειες»*,
15. την υπ' αριθμ. πρωτ. 13851/14-9-2017 Απόφαση Διοικητή αντικατάστασης μελών επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως: τακτικά μέλη

Ζαφειρίου Γεώργιος, Δ/ντης Ιατρός ΕΣΥ

Μπαρμπετάκης Νικόλαος, Επιμ. Α' Ιατρός ΕΣΥ

Βαλασίου Ιωάννα, ΤΕ Νοσηλευτικής

16. το υπ' αριθμ. πρωτ. 15915/17-10-2017 σώμα τεχνικών προδιαγραφών,
17. το υπ' αριθμ. πρωτ. 15915/18-10-2017 έγγραφο του γραφείου προμηθειών, με το οποίο διαβιβάζεται το ανωτέρω προς διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ,
18. το υπ' αριθμ. πρωτ. 17324/8-11-2017 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο διαβιβάζονται προς το Νοσοκομείο, τα υποβληθέντα σχόλια οικονομικών φορέων, στην υπ' αριθμ. 17DIAB000002307 διαβούλευση,
19. το υπ' αριθμ. πρωτ. 17324/11-11-2017 έγγραφο του γραφείου προμηθειών, με το οποίο διαβιβάζονται τα ανωτέρω σχόλια προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών,
20. το υπ' αριθμ. πρωτ. 18724/30-11-2017 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, στο οποίο αναφέρεται: *« η επιτροπή μετά τη μελέτη των παρατηρήσεων όλων των εταιρειών εμμένει στο αρχικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων»*,
21. το υπ' αριθμ. πρωτ. 20050/19-12-2017 επικαιροποιημένο σώμα τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής,
22. το υπ' αριθμ. πρωτ. 20050/20-12-2017 έγγραφο του γραφείου προμηθειών με το οποίο διαβιβάζονται οι υπ' αριθμ. 20050/19-12-2017 τεχνικές προδιαγραφές προς διαβούλευσή τους στο ΕΣΗΔΗΣ,
23. τα υπ' αριθμ. πρωτ. 75/2-1-2018 απεσταλμένα στο Νοσοκομείο, σχόλια της εταιρίας RONTIS,
24. τα υπ' αριθμ. πρωτ. 589/9-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο αποστέλλονται τα κατατεθειμένα σχόλια στην υπ' αριθμ. 17DIAB000002529 διαβούλευση,
25. το υπ' αριθμ. πρωτ. 1893/25-1-2018 έγγραφο του γραφείου προμηθειών, με το οποίο διαβιβάζονται τα ανωτέρω (σχετ. 23, 24) προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών,
26. το υπ' αριθμ. πρωτ. 2487/2-2-2018 επικαιροποιημένο σώμα τεχνικών προδιαγραφών,
27. το υπ' αριθμ. πρωτ. 3890/27-2-2018 έγγραφο του γραφείου προμηθειών, με το οποίο αποσαφηνίζεται ότι η οροφή της διαγωνιστικής διαδικασίας ανέρχεται στο ύψος των 500.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
28. το υπ' αριθμ. πρωτ. 4147/2-3-2018 τελικό πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που έχει ως ακολούθως: «

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ	Π.Τ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	1) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ				
1	Εργαλεία ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα διατομής / αναστόμωσης με κλιπ τιτανίου 3,5-3,8mm και μήκος κοπής:				
1α)	55mm-60mm	3	155	56.7.31	465
1β)	75mm-80mm	3	149	56.7.33	447
2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα παραπάνω εργαλεία				
2α)	55mm-60mm	10	80		800
2β)	75mm-80mm	10	80		800
3	Εργαλεία ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα διατομής / αναστόμωσης με κλιπ τιτανίου 4,8mm και μήκος κοπής:				
3α)	55mm-60mm	3	115	56.7.36	345
3β)	75mm-80mm	3	146	56.7.38	438
4	Ανταλλακτική κεφαλή για τα παραπάνω εργαλεία				
4α)	55mm-60mm	10	80		800
4β)	75mm-80mm	10	80		800
5	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής μήκους:				
5α)	60mm	5	280	56.7.105	1400
5β)	80mm	5	319,27	56.7.106	1596,35
6	Ανταλλακτική κεφαλή για εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής μήκους				
6α)	60mm	10	144		1440
6β)	80mm	10	207		2070
7	Εργαλεία ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα διατομής-αναστόμωσης με κλιπ τιτανίου κυκλικής διατομής 3,8 & 4,8mm, με νέα κοπτική λάμα άριστου χειρουργικού ατσάλιου, με μήκος συρραφής τουλάχιστον 4mm της γραμμής εκτομής για μέγιστη ασφάλεια, με μήκη διατομής:				
7α)	60mm	17	250		4250
7β)	80mm	20	250		5000
8	Ανταλλακτική κεφαλή για τα παραπάνω εργαλεία με μήκη διατομής:				
8α)	60mm	35	120		4200
8β)	80mm	38	120		4560
9	Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής αναστόμωσης με κλιπ από κράμα τιτανίου και μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασσέτα. Να δέχεται κασσέτες με έξι γραμμές συρραφής.				
9α)	55mm	10	270	56.7.88	2700

9β)	75mm	15	310	56.7.90	4650
10	Μια κασσέτα για τα παραπάνω εργαλεία για τρία διαφορετικά πάχη ιστού με έξι γραμμές συρραφής.				
10α)	55mm	30	120	56.7.89	3600
10β)	75mm	40	140	56.7.91	5600
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ	Π.Τ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ				
11	Ενδοσκοπικά εργαλεία συρραφής διατομής αναστόμωσης με τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης, με μαύρο στυλεό για την αποφυγή αντανάκλασεων σε αιματηρό πεδίο, το οποίο μπορεί να δεχθεί κεφαλές ευθείες και αρθρούμενες, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση.	50	250		12500
12	Ανταλλακτικές κασσέτες χωρίς κυρτή μύτη για τα παραπάνω εργαλεία με δυνατότητα άρθρωσης, με κλιπ τιτανίου με διαφορετικό ύψος ανά γραμμή συρραφής μεγέθους:				
12α)	2.0mm	15	320		4800
12β)	3.0/3.5/4.0mm	75	320		24000
12γ)	4.0/4.5/5.0mm	30	320		9600
13	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, ευθείες με κυρτό άκρο, ημικυκλίου και αρθρούμενες κεφαλές, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση.	5	259,39	55.7.63	1296,95
14	Ανταλλακτικές κεφαλές αρθρούμενες εφοδιασμένες με λάμα για όλα τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής ευθείες - ευθείες με κυρτή μύτη για κανονικούς - παχείς ιστούς 60mm.	10	385		3850
15	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με απεριόριστες θέσεις άρθρωσης.	5	260		1300
16	Ανταλλακτικές κεφαλές αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα για τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και διαφορετικά μήκη.	15	251,74		3776,1
17	Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 60mm, διαμέτρου 12mm, με μήκος στυλεού 28cm, με μηχανισμό άρθρωσης του στυλεού και ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420.	5	490		2450
18	Ειδικές ανταλλακτικές κασσέτες, με τεχνολογία συγκράτησης του ιστού, χωρίς κοπτική λάμα για τα παραπάνω εργαλεία 60mm.				
18α)	Για αγγειακούς ιστούς (ύψος ανοιχτού κλιπ 2.6mm).	4	260		1040

18β)	Για κανονικούς ιστούς (ύψος ανοιχτού κλιπ 3.6mm).	10	260		2600
18γ)	για παχείς ιστούς (ύψος ανοιχτού κλιπ 4.1 mm).	4	260		1040
	3) ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ				
19	Κυκλικοί αναστομωτήρες που διαθέτουν κλιπ τιτανίου κοντοί και σε μεγέθη 21mm, 24mm-26mm, 28mm-30mm, 33mm-35mm	5	275	56.7.3	1375
20	Κυκλικοί αναστομωτήρες που διαθέτουν κυκλικό κλιπ τιτανίου, ανακλινόμενη κεφαλή, μαύρο στυλεό μήκους 44,5cm και ύψος κλεισίματος κλιπ από 1,8mm έως 2,2mm, σε μεγέθη κεφαλής 26mm	20	430		8600
21	Κυκλικοί αναστομωτήρες που διαθέτουν κυκλικό κλιπ τιτανίου, ανακλινόμενη κεφαλή, μαύρο στυλεό μήκους 44,5cm και ύψος κλεισίματος κλιπ από 1,8mm έως 2,2mm, σε μεγέθη κεφαλής 29mm	40	430		17200
22	Κυκλικοί αναστομωτήρες που διαθέτουν κυκλικό κλιπ τιτανίου, ανακλινόμενη κεφαλή, μαύρο στυλεό μήκους 44,5cm και ύψος κλεισίματος κλιπ από 1,8mm έως 2,2mm, σε μεγέθη κεφαλής 32mm	5	430		2150
23	Κυκλικοί αναστομωτήρες με αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, με έυρος κλεισίματος κλιπ από 1-2,5 mm, με μη ανακλινόμενη κεφαλή, με ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5 mm, διαμέτρου αναστόμωσης 21mm.	12	450		5400
24	Κυκλικοί αναστομωτήρες με αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, με έυρος κλεισίματος κλιπ από 1-2,5 mm, με μη ανακλινόμενη κεφαλή, με ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5 mm, διαμέτρου αναστόμωσης 25mm.	10	450		4500
25	Κυκλικοί αναστομωτήρες με αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, με έυρος κλεισίματος κλιπ από 1-2,5 mm, με μη ανακλινόμενη κεφαλή, με ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5 mm, διαμέτρου αναστόμωσης 29mm.	40	450		18000
26	Κυκλικοί αναστομωτήρες με αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου, με έυρος κλεισίματος κλιπ από 1-2,5 mm, με μη ανακλινόμενη κεφαλή, με ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5 mm, διαμέτρου αναστόμωσης 33mm.	3	450		1350
27	Κλιπαδόροι αγγείων αυτόματης τοποθέτησης κλιπ ανοιχτής χειρουργικής με μικρά κλιπ	10	102		1020
28	Κλιπαδόροι αγγείων αυτόματης τοποθέτησης κλιπ ανοιχτής χειρουργικής με μεσαία κλιπ	22	105,5	56.7.47	2321
29	Κλιπαδόροι αγγείων αυτόματης τοποθέτησης κλιπ ανοιχτής χειρουργικής με μεγάλα κλιπ	22	108	56.7.49	2376
30	Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κοπτορράπτης παχέων ιστών κυρτής κεφαλής, 40mm κυρτής γραμμής συρραφής και προφίλ 30mm, με 2 χειρολαβές και με ενσωματωμένη λαμα στην κασσέτα του εργαλείου και κλιπς τιτανίου.	40	450		18000
31	Κλιπαδόροι δέρματος	1000	2,95	56.7.41	2950

32	Σάκκοι περισυλογής παρασκευασμάτων με στυλεό περιμετρικό μεταλλικό έλασμα και ράμμα περίπασης για λαπαροσκοπική χρήση απο 200-250ml	19	37,89	55.7.69	719,91
33	Trokar 12mm για λαπαροσκοπική χρήση	4	75	55.8.1.4	300
34	Ενδοσκοπικός κλιπαδόρος για λαπαροσκοπική χρήση με κλιπ μεγέθους medium - large	19	120	55.7.17	2280
35	Ενδοσκοπικός κλιπαδόρος για λαπαροσκοπική χρήση με κλιπ μεγέθους large	5	139,69	55.7.19	698,45
36	Εργαλεία κοπής συγκόλλησης αγγείων διπολικής ενέργειας για επεμβάσεις ανοιχτής κοιλίας που συγκολλούν αγγεία έως 7mm με ενσωματωμένη λάμα κοπής μιας χρήσης με κλείδωμα χειρολαβής και ηχητική και οπτική ένδειξη επιβεβαίωσης και μη, της συγκόλλησης του αγγείου για ήδη υπάρχουσες πηγές ενέργειας του νοσοκομείου.	3	678		2034
37	Εργαλεία κοπής συγκόλλησης αγγείων έως και 7mm διπολικής ενέργειας για επεμβάσεις κοιλίας, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης για περισσότερη ασφάλεια. Με χειροδιακόπτη, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής, με κυρτές σιαγώνες κατά 14ο μήκους 36mm, μήκους κοπής 34mm, περιστρεφόμενη κατά 180ο, άξονα μήκους 18cm για καλύτερη λειτουργικότητα.	18	678		12204
38	Διπολική λαβίδα συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7mm, αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, με κυρτά άκρα μήκους 38mm και ενσωματωμένη κοπτική λάμα, περιστροφή στυλεού κατά 360 μοίρες, κλείδωμα χειρολαβής, μήκους 20cm και τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό.	65	678		44070
39	Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων μ.χ. μήκους 9cm με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 5mm και τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό.	15	510	55.7.84	7650
40	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου έως και 7mm με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης με ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης σε 2-4 sec μήκους 18,8cm με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmHg. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Για επεμβάσεις ανοιχτής κοιλίας παγκρεατεκτομής μιας χρήσης.	11	678	57.171	7458
41	Εργαλεία διατομής / αναστόμωσης 100mm, με ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου, για παχείς ιστούς, με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 στο στέλεχος του εργαλείου	40	350		14000
42	Ανταλλακτικές κεφαλές 100mm για τα παραπάνω εργαλεία	20	220		4400

43	Αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στείλεου 34cm, με μηχανισμό άρθρωσης του στυλεού και ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420	35	399	55.7.27	13965
44	Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στείλεου 34cm, με μηχανισμό άρθρωσης του στυλεού και ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420	10	490		4900
45	Ειδικές ανταλλακτικές κασσέτες, με τεχνολογία συγκράτησης του ιστού, χωρίς κοπτική λάμα για τα παραπάνω εργαλεία 60mm για παχείς ιστούς.	73	260		18980
46	Ειδικές ανταλλακτικές κασσέτες, με τεχνολογία συγκράτησης του ιστού, χωρίς κοπτική λάμα για τα παραπάνω εργαλεία 60mm για αγγειακούς ιστούς.	25	260		6500
47	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστομωσης, με τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, ημικυκλίου και αρθρούμενες κεφαλές με κεκαμμένο άκρο, με διαφορετικό ύψος κλίπ σε κάθε γραμμή συρραφής, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Δύναται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία.	40	259,39	55.7.63	10375,6
48	Αποστειρωμένο κάλυμμα μίας χρήσης για το ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με 360° περιστροφής. Να μπορεί να δεχθεί κυρτές και αρθρούμενες κεφαλές, με διαφορετικό ύψος κλίπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με ενσωματωμένο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Να μπορεί να δεχθεί κεφαλές με νέα κοπτική λάμα και με λάμα στο στέλεχος του εργαλείου.	15	400		6000
49	Ανταλλακτική κεφαλή αρθρούμενη με διαφορετικό ύψος κλίπ σε κάθε γραμμή συρραφής και κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα.. Μήκους 60mm και νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, για κανονικούς - παχείς ιστούς. Είναι συμβατή με μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία.	20	385		7700
50	Ανταλλακτική κεφαλή αρθρούμενη με διαφορετικό ύψος κλίπ σε κάθε γραμμή συρραφής και κεκαμμένο άκρο για αυξημένη λειτουργικότητα. Μήκους 60mm και νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, για αγγειακούς - κανονικούς ιστούς. Είναι συμβατή με μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία.	20	385		7700

51	Ανταλλακτική κεφαλή αρθρούμενη με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής για αυξημένη ασφάλεια. Μήκους 60mm και νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, για πολύ παχείς ιστούς. Είναι συμβατή με μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία.	20	385		7700
52	Κυρτή κεφαλή καμπύλης σχεδίασης με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, μήκους 60mm και νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, για κανονικούς - παχείς στούς. Είναι συμβατή με μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία	18	395		7110
53	Ανταλλακτική κεφαλή με κοπτική λάμα και ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις, για εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής ιστών μήκους συρραφής 100mm για παχείς στούς.	15	280	56.7.77	4200
54	Εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης για περισσότερη ασφάλεια. Με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής για περισσότερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις, μήκους συρραφής 100mm με κλιπ 4.8mm για παχείς ιστούς.	30	319,95	56.7.39	9598,5
55	Αυτόματο εργαλείο απολίνωσης αγγείων, με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό κασάνιας, 20 μικρού μεγέθους κλιπ με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το κλιπ μήκους 9 ιντσών	15	105,45		1581,75
56	Αυτόματο εργαλείο απολίνωσης αγγείων, με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό κασάνιας, 30 μεσαίου μεγέθους κλιπ με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το κλιπ, μήκους 11,5 ιντσών.	15	105	56.7.48	1575
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	403.156,61

29. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του υπ' αριθμ. πρωτ. 4147/2-3-2018 τελικού πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, της αρμόδιας επιτροπής και τη διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων – Συρραπτικών έως του ποσού των 500.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π. ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Π. ΠΑΠΑΚΟΤΟΥΛΑΣ

Σ. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΘΑΝΟΥ